



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 imienia doktora Kazimierza Hołogi
 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
 tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
 e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
 NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



SPZOZ_NT/SA/ZP/17/14

Nowy Tomyśl, dn. 26.01.2015r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
 imienia doktora Kazimierza Hołogi
 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
 REGON 639820004 NIP 788-17-50-689
 TEL. 061 4427300, FAX: 061 4422152
 30-00361

**Uczestnicy postępowania
 przetargowego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Sprawa dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu RTG.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa aparatu RTG”, zawarte w pismach Wykonawców przesłanych faksem w dniach 12.01.2015 – 13.01.2015, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1. z dnia 12.01.2015r.:

PYTANIE NR 1

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, I. Cyfrowy aparat RTG typu DR,
 C. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG

2	Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi pionowej	$\geq \pm 180^\circ$, podać	Tak, podać
---	--	-------------------------------------	------------

Proszę o szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wymaga parametr $\geq \pm 180^\circ$, który znacząco ogranicza liczbę potencjalnych oferentów, a nie np. $\geq \pm 160^\circ$?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikował zapisy Zał. 1A do SIWZ w ww. punkcie i dopuścił zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi pionowej $\geq \pm 135^\circ$.

PYTANIE NR 2

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, I. Cyfrowy aparat RTG typu DR,
 C. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG

6	Cyfrowy wyświetlacz LCD na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego badania: kąt lampy, SID, filtr; wybór ogniska lampy, wybór miejsca ekspozycji, sygnalizacja obecności kratki		Tak
---	--	--	-----

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wymaga tak bardzo rozbudowanego wyświetlacza LCD na lampie/kołpaku z tyloma funkcjami i informacjami? Jest to kolejny zapis, który znacząco ogranicza liczbę potencjalnych oferentów, a przecież wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stacji technika.

Odpowiedź Zamawiającego:

Określenie przedmiotu zamówienia jest zarówno obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, nie jest jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży. Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspakajał potrzeby. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego podany parametr spełnia przynajmniej kilku Wykonawców

wysokiej klasy sprzętu, w związku z tym jego wymóg nie ogranicza konkurencji, a usprawnia pracę technika rtg. Zamawiający planuje nabyć najnowocześniejszy aparat dostępny obecnie na rynku.

PYTANIE NR 3

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, I. Cyfrowy aparat RTG typu DR,
C. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG

7	Wyświetlanie obrazu pacjenta po ekspozycji		Tak
---	--	--	-----

Prosimy o wyjaśnienie tego wymaganego parametru, ponieważ nie jest on sprecyzowany i interpretacja może być zaskakująca.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapis ww. punktu w sposób następujący:

7	Wyświetlanie obrazu pacjenta po ekspozycji na cyfrowym wyświetlaczu umieszczonym na lampie	Tak/Nie	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.
---	--	---------	------------------------------

PYTANIE NR 4

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, I. Cyfrowy aparat RTG typu DR,
E. DETEKTOR CYFROWY W STOLE

11	Rozdzielczość obrazowa	$\geq 3,3$ lp/mm	Tak, podać
----	------------------------	------------------	------------

Zwracamy się z prośbą o szczegółowe, dokładne i logiczne wyjaśnienie powodu, dla którego to Zamawiający wymaga właśnie parametru $\geq 3,3$ lp/mm, a nie np.

$\geq 2,85$ lp/mm. Niestety jest to już kolejny zapis, który ma wpływ na liczbę potencjalnych oferentów i znacząco obniża ich liczbę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający zamierza nabyć aparat rentgenowski o jak najwyższych parametrach jakościowych dostępnych na rynku. Ze względu na jak najlepszą diagnostykę, a co za tym idzie na bezpieczeństwo diagnozowanych pacjentów parametr $3,3$ lp/mm ma kluczowe znaczenie.

PYTANIE NR 5

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, I. Cyfrowy aparat RTG typu DR,
E. DETEKTOR CYFROWY W STOLE

4	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln)	$\geq 7,0$ Mp	Tak, podać
5	Rozmiar piksela	≤ 140 μ m	Tak, podać

Zwracamy się z prośbą o szczegółowe i merytoryczne wyjaśnienie powodu, dla którego Zamawiający wymaga w/w parametrów? Należy zauważyć, że na rynku dostępne są detektory o większym rozmiarze piksela, mniejszej rozdzielczości, ale posiadają parametry takie jak głębina akwizycji oraz DQE lepsze od tych, które wymaga Zamawiający. A znaczącą rolę (jak nie najważniejszą) odgrywa właśnie współczynnik DQE. Tym bardziej nie zrozumiałe jest wymaganie w/w parametrów.

Niestety jest to kolejny zapis, który znacząco ogranicza liczbę potencjalnych oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wielkość piksela przekłada się wprost proporcjonalnie na jakość uzyskiwanego obrazu. Wg wiedzy Zamawiającego powyższe parametry spełnia kilku Wykonawców najwyższej klasy aparatów. Parametr DQE jest również bardzo istotny i dlatego kombinacja tych parametrów ma pozwolić uzyskać najlepszy z możliwych obrazów. Zamawiający po raz kolejny podkreśla, że intencją Zamawiającego jest zakup aparatu oferującego jak najwyższe parametry jakościowe dostępne w danej chwili na rynku.

PYTANIE NR 6

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, I. Cyfrowy aparat RTG typu DR,
F. DETEKTOR CYFROWY NA STAŁE WBUDOWANY W STATYWIE

2	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln)	≥ 8,0 Mp
3	Rozmiar piksela taki sam jak w detektorze przenośnym	≤ 140 μm
6	Rozdzielczość obrazowa	≥ 3,3 lp/mm

Zwracamy się z prośbą o szczegółowe i merytoryczne wyjaśnienie powodu, dla którego Zamawiający wymaga w/w parametrów? Należy zauważyć, że na rynku dostępne są detektory o większym rozmiarze piksela, mniejszej rozdzielczości, ale posiadają parametry takie jak głębina akwizycji oraz DQE lepsze od tych, które wymaga Zamawiający. A znaczącą rolę (jak nie najważniejszą) odgrywa właśnie współczynnik DQE. Tym bardziej nie zrozumiałe jest wymaganie w/w parametrów.

Niestety jest to kolejny zapis, który znacząco ogranicza liczbę potencjalnych oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wielkość piksela przekłada się wprost proporcjonalnie na jakość uzyskiwanego obrazu. Wg wiedzy Zamawiającego powyższe parametry spełnia kilku Wykonawców najwyższej klasy aparatów. Parametr DQE jest również bardzo istotny i dlatego kombinacja tych parametrów ma pozwolić uzyskać najlepszy z możliwych obrazów. Zamawiający ponownie podkreśla, że jego intencją jest zakup aparatu oferującego jak najwyższe parametry jakościowe dostępne w danej chwili na rynku.

PYTANIE NR 7

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, I. Cyfrowy aparat RTG typu DR,
G. STÓŁ PACJENTA

10	Przesuw wzdłużny blatu	≥ 120 cm
----	------------------------	----------

Prosimy o wyjaśnienie powodu, dla którego Zamawiający wymaga przesuwu wzdłużnego blatu ≥ 120 cm, a nie np. ≥ 100 cm lub 50 cm. Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotem postępowania jest aparat RTG z zawieszeniem sufitowym wydaje się być nieuzasadnionym tak wygórowany parametr, dlatego prosimy o szczegółowe i merytoryczne uzasadnienie. Niestety należy zwrócić uwagę na fakt, że jest to kolejny zapis, który ogranicza konkurencję i liczbę potencjalnych oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wg wiedzy Zamawiającego powyższy parametr spełnia przynajmniej kilku Wykonawców najwyższej klasy aparatów, a wymagany parametr jest niezwykle istotny z punktu widzenia komfortu i ergonomii pracy personelu.

PYTANIE NR 8

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, I. Cyfrowy aparat RTG typu DR,
G. STÓŁ PACJENTA

3	Zmotoryzowany zakres ruchu pionowego	≥ 33 cm	Tak, podać
---	--------------------------------------	---------	------------

Prosimy o szczegółowe i merytoryczne wyjaśnienie powodów, dla których Zamawiający wymaga w/w parametru. Należy zauważyć, że w kolejnych punktach Zamawiający wymaga:

4	Minimalna odległość blatu od podłogi	≤ 55 cm
5	Maksymalna wysokość blatu od podłogi	≥ 85 cm

Różnica między minimalną, a maksymalną wysokością stołu to 30 cm. A zatem dlaczego Zamawiający wymaga zakresu ruchu pionowego stołu 33 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści stół, o zakresie zmotoryzowanego ruchu pionowego ≥ 30 cm pod warunkiem, że spełni on pozostałe zapisy SIWZ.

PYTANIE NR 9

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, I. Cyfrowy aparat RTG typu DR,
H. RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH

1	Przesuw detektora w poziomie zmotoryzowany wzdłuż osi stołu	≥ 300 cm	Tak, podać
---	---	----------	------------

Biorąc pod uwagę fakt, że wymaganie ruchomego, jezdnego statywu do zdjęć płucnych RAŻĄCO OGRANICZA LICZBĘ POTENCJALNYCH OFERENTÓW, wręcz zapis ten na tym etapie postępowanie sugeruje firmę spełniającą w/w parametr, prosimy o szczegółowe i merytoryczne (poparte logicznymi

argumentami) wyjaśnienie powodów, dla których to właśnie takie rozwiązanie, a nie inne jest słuszne. Na rynku dostępne są inne rozwiązania, niż to w/w, które sprawdzają się w wielu szpitalach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Według wiedzy Zamawiającego jest kilku producentów na rynku oferujących tego typu rozwiązania. Jest to bardzo nowoczesne rozwiązanie, które znacząco wpływa na komfort i szybkość pracy personelu.

PYTANIE NR 10

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, I. Cyfrowy aparat RTG typu DR,
H. RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH

1a	Przesuw detektora w pionie zmotoryzowany (góra – dół)	≥ 150 cm	Tak, podać
----	---	----------	------------

Prosimy o szczegółowe i merytoryczne wyjaśnienie powodów, dla których Zamawiający wymaga w/w parametru. Należy zauważyć, że w kolejnych punktach Zamawiający wymaga:

11	Najniższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora	≤35 cm	Tak, podać
12	Najwyższa wysokość promienia poziomego od podłogi liczona do środka detektora.	≥175 cm	Tak, Podać

Różnica pomiędzy najniższą, a najwyższą wysokością wynosi 140 cm. A zatem nielogiczne i niezrozumiałe jest wymaganie parametru 150cm. Jest to raczej zapis ograniczający uczciwą konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający jasno określił punkty odniesienia 11 i 12. Jednocześnie określając w punkcie 1a minimalny zakres przesuwu detektora w pionie. Zamawiający w żaden sposób nie ogranicza zaoferowania aparatu o zakresie ruchu większym bądź równym 150 cm przy jednoczesnym dopełnieniu warunków 11 i 12. Punkt 11 i 12 jest bardzo istotny w odniesieniu do wykonywania rutynowych badań przez Zamawiającego.

PYTANIE NR 11

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, I. Cyfrowy aparat RTG typu DR,
H. RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH

2	Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem równolegle do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości		Tak
4	Możliwość pozycjonowania statywu z zabudowanym detektorem skośnie min (+ 45° / - 23°) do krawędzi bocznej stołu rtg, przy jego długiej osi do projekcji bocznych promieniem poziomym w całym zakresie jego długości (projekcje skośnie bioder dla pacjentów leżących na stole rtg)		Tak

Biorąc pod uwagę fakt, że na rynku dostępne są inne rozwiązania, które dadzą taki sam efekt diagnostyczny, prosimy o wyjaśnienie w/w zapisów i wymaganych parametrów, ponieważ w znaczący sposób ograniczają liczbę potencjalnych oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wyżej wymagane parametry są podstawowymi parametrami jakie powinien spełniać nowoczesny aparat RTG. Niezrozumiałym jest fakt negocjowania podstawowych parametrów diagnostycznych spełnianych przez aparaty rentgenowskie większości producentów.

PYTANIE NR 12

DOTYCZY: ZAŁĄCZNIK 1A, II. Skaner płyt obrazowych,
A. SKANER PŁYT OBRAZOWYCH

13	Skala szarości generowanych obrazów nie mniejsza niż 16 [bit/piksel]	Tak
----	--	-----

Zwracamy się z prośbą o merytoryczne wyjaśnienie powodów, dla których Zamawiający wymaga w/w parametru. Taki zapis wydaje się być nieuzasadniony, ponieważ w innych punktach Zamawiający wymaga:

14	Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze nie mniejsza niż 12 [bit/piksel]	
----	--	--

oraz monitorów diagnostycznych o skali szarości 10 bitów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmienia treść zapisu pkt II A. Skaner płyt obrazowych na następujący:

13	Skala szarości generowanych obrazów nie mniejsza niż 10 [bit/piksel] oraz	Tak
14	Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze nie mniejsza niż 10 [bit/piksel]	Tak

Zestaw pytań nr 2. z dnia 12.01.2015r.:

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu § 4 ustęp 4 wzoru umowy : „W przypadku zaniechania przez Wykonawcę czynności porządkowych, czynności te mogą zostać wykonane bez dodatkowego wezwania przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, co nastąpi przez potrącenie z Wynagrodzenia Wykonawcy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o podanie liczby łóżek posiadanych na koniec 2014 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

liczba łóżek 219.

3. Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ww. dokumenty Zamawiający zamieścił na stronie internetowej jako załączniki do następujących postępowań w 2014 r.:

SPZOZ_NT/SA/ZP/ 10 /14 Usługa finansowania w formie kredytu lub pożyczki

SPZOZ_NT/SA/ZP/ 15 /14 Dostawa ambulansu typu C. (sprawozdanie za III kwartały 2014)

Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada jeszcze rachunku wyników i bilansu za rok 2014.

4. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o wprowadzenie zapisu §10 ustęp 3 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dodaje w § 11 ust. 3 w następującym brzmieniu:

3. *Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.*

5. Prosimy o dodanie do wzoru umowy dostawy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustanowienie zabezpieczenia w postaci weksla in blanco?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ

7. Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Na zabezpieczenie spłaty wierzytelności Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk Wykonawcy weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań wynikających z realizacji przedmiotowego postępowania w postaci ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ

9. Prosimy o wyjaśnienie czy wyrazi zgodę na pokrycie kosztu zabezpieczeń?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ

10. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości 1,5 raza stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ

11. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar wymienionych w §14 ustęp 1b) i c) do 5%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ

12. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu §17 ustęp 3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ

Zestaw pytań nr 3. z dnia 12.01.2015r.:

1. **Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt B 6**

Czy zamawiający ma na myśli programy anatomiczne dostępne w oferowanym urządzeniu w ilości 160 czy dedykowane protokoły robocze z możliwością automatycznej kontroli parametrów ekspozycji (AEC) w ilości podanej przez zamawiającego?

Jeśli nie, prosimy o dopuszczenie 160 programów anatomicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Powyższe wymaganie występuje w punkcie B 8. Zamawiający dopuści generator z 160 programami anatomicznymi pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SIWZ.

2. **Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt C 2**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu, w którym zakres obrotu lampy wokół osi pionowej wynosi min $+135^{\circ}/-135^{\circ}$?

Wymagany zakres ruchów jest nadmiarowy i niepotrzebny w praktyce klinicznej, a ogranicza konkurencję, ponieważ obrotu lampy wokół osi pionowej używa się w praktyce tylko w połączeniu z obrotem lampy wokół osi poziomej do wykonywania zdjęć promieniem poziomym. Dla uzyskania ustawienia lampy w dowolnym kierunku w zupełności wystarczy oferowany przez nas obrót w osi pionowej w zakresie min $+135^{\circ}/-135^{\circ}$, a nawet umożliwia to rozwiązanie oferujące obrót w zakresie $\pm 90^{\circ}$.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści aparat, w którym minimalny zakres obrotu lampy wokół osi pionowej wynosi $+135^{\circ}/-135^{\circ}$ pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

3. **Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt D 1**

Czy zamawiający dopuści nieznacznie różniące się duże ognisko lampy rtg o wielkości 1,3 mm? Różnica pomiędzy wymaganym w SIWZ ogniskiem jest nieznaczna – 1mm nie ma ona też wpływu na dawkę dla pacjenta oraz jakość wiązki promieniowania.

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

4. **Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt D 3**

Czy zamawiający dopuści Pojemność cieplną lampy rtg w oferowanym urządzeniu na poziomie 1,5 MHU ? Stosowanie lamp z tak dużą pojemnością cieplną na poziomie powyżej 1,7 MHU i większych ma zastosowanie w Tomografach Komputerowych i aparatach do fluoroskopii, angiografii gdzie czas badania jest dłuższy i stosują się wysokie parametry prądowo-napięciowe lampy co może spowodować szybkie jej przegrzanie. W przypadku radiografii klasycznej nie ma potrzeby stosowania tak dużych pojemności cieplnych lamp rtg z uwagi na krótki czas badania oraz dłuższe przerwy pomiędzy ekspozycjami.

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści. Zamawiający modyfikuje zapis załącznika 1A do SIWZ pkt I. D 3 :

3	Pojemność cieplna lampy	≥ 1,5 MHU	Tak, podać	≥ 1,5 MHU < 1,7 MHU – 0 pkt. ≥ 1,7 MHU cm – 5 pkt		
---	-------------------------	-----------	------------	--	--	--

5. **Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt D 5**

Czy zamawiający dopuści lampę rentgenowską której szybkość chłodzenia anody równa jest 75 KHU/min ? Oferowany przez nas parametr nieznacznie różni się od tego, który został opisany w SIWZ oraz nie ma on wpływu na pracę lampy, która wyposażona jest w specjalne systemy zabezpieczające ją przed przegrzaniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

6. **Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt D 6,7**

Czy zamawiający zgodzi się na dopuszczenie lampy rtg z mocą: małego ogniska na poziomie 32 KV oraz dużego poziomu: 80 KV w oferowanym urządzeniu ? Wymagane w SIWZ moce ognisk ograniczają konkurencję oraz nie mają większego znaczenie w przypadku przydatności klinicznej aparatu oraz nie mają wpływu na jakość zdjęć oraz wiązki promieniowania jonizującego.

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

7. **Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt E 3,4,5,6,9**

Czy zamawiający dopuści detektor cyfrowy nieznacznie różniący się parametrami technicznymi tzn. głębią 14 bitów, rozmiar detektora 40,04x40,04 cm, matryca obrazowania 2022x2022, rozmiarze piksela 200 µm, możliwością wykonania 150 ekspozycji po każdym ładowaniu, wysokiej wydajności kwantowej DQE na poziomie 68% zbudowanego z molitycznego układu krzemowego oraz kryształu z jodku cezu i wadze 4,5 kg- zapewniającego bardzo wysoką jakość obrazowania porównywalną z detektorem opisany w parametrach technicznych ?

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

8. **Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt F 1,2,3,4,6**

Czy zamawiający dopuści detektor cyfrowy nieznacznie różniący się parametrami technicznymi tzn. głębią 14 bitów, rozmiar detektora 40,04x40,04 cm, matryca obrazowania 2022x2022, rozmiarze piksela 200 µm, możliwością wykonania 150 ekspozycji po każdym ładowaniu, wysokiej wydajności kwantowej DQE na poziomie 68% zbudowanego z molitycznego układu krzemowego oraz kryształu z jodku cezu i wadze 4,5 kg- zapewniającego bardzo wysoką jakość obrazowania porównywalną z detektorem opisany w parametrach technicznych ?

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

9. **Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt G 2,3,4,5,7,10,11**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie stołu z: maksymalnym obciążeniem 220 kg z możliwością podnoszenie blatu oraz jego regulacji przy podanym obciążeniu, zabezpieczeniem w postaci dwóch przycisków zabezpieczających, szybką regulacją podnoszenia i opuszczania stołu, o zmotoryzowanym zakresie ruchu pionowego równego 25 cm, o minimalnej odległości blatu od podłogi wynoszącej 57 cm ?

Waga pacjenta sięgające 220 kg jest bardzo rzadko spotykana, opisany parametr z obciążeniem na poziomie 250 kg jest dość mocno wygórowany, wymagane ruchy wzdłużne jak i przesuwu nie mają odzwierciedlenia w codziennej- standardowej praktyce klinicznej jedynie w znaczącym stopniu ogranicza konkurencję

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści stół z maksymalnym obciążeniem 220 kg z możliwością podnoszenie blatu oraz jego regulacji przy podanym obciążeniu, zabezpieczeniem w postaci dwóch przycisków zabezpieczających, szybką regulacją podnoszenia i opuszczania stołu, pod warunkiem że spełnia pozostałe zapisy SIWZ.

10. Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt H 1,1a,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17

Czy zamawiający dopuści aparat rtg bez ruchomego jezdnego statywu do zdjęć płucnych ?

Wymóg jezdnego statywu płucnego w dużym stopniu ogranicza konkurencję, ponieważ tylko dwie firmy dysponują takim rozwiązaniem. Stosowanie jezdnego statywu do zdjęć płucnych jest praktycznie równoważne ze stałym statywem wyposażonym w dodatkowe akcesoria podtrzymujące detektor cyfrowy w przypadku niestandardowych projekcji. Wykonanie wszystkich standardowych projekcji jak i tych w stanach nagłych jest możliwe z wykorzystaniem standardowego statywu płucnego.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z zamontowaną na stałe ścianką do prześwietleń płucnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt I

Czy zamawiający dopuści dedykowaną urządzeniu stację technika bez dotykowego ekranu wyposażoną w myszkę i klawiaturę umożliwiającą wymagane udogodnienia opisane w SIWZ?

Wprowadzenie do praktyki klinicznej dotykowych ekranów niekiedy ułatwia a nieraz utrudnia pracę z uwagi na konieczne częste czyszczenie ekranów. Stacja wyposażona w mysz i klawiaturę nie stanowi większych komplikacji w codziennej praktyce klinicznej.

Prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt I 11

Czy zamawiający pod pojęciem „Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw.” - rozumie robocze protokoły dopasowane pod konkretną specyfikę szpitala pozwalające na zachowanie stosowanych klinicznie parametrów ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

13. Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt I 13

Czy zamawiający dopuści interface stacji technika w języku angielskim ?

Obecnie język angielski jest powszechnie używany w wielu dziedzinach życia, proponowany przez nas system jest intuicyjny a bariera językowa nie będzie stanowiła problemu dla personelu szpitala w celu obsługi aparatu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuści, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt I 17

Czy zamawiający przyzna punkty jeśli do oferowanego urządzenia producent stworzy według wskazówek zamawiającego specjalne zestawy protokołów roboczych z określonym podziałem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

15. Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt I 18

Co zamawiający rozumie przez „Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych” prosimy o wyjaśnienie na jakiej zasadzie ma ono działać oraz jakie parametry ma podawać ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane oprogramowanie ma umożliwiać wizualizację rur intubacyjnych umieszczonych w ciele pacjenta.

16. Dotyczy SIWZ, załącznik nr 1A, opis przedmiotu zamówienia, pkt I 19

Co zamawiający rozumie przez „Oprogramowanie do kompresji kości żeber” czy ma na myśli możliwość obrazowania tzw. „Dual energy”- możliwością uzyskania dwóch obrazów: kości i tkanek miękkich w celu lepszego uwidocznienia złamań oraz zmian w tkankach miękkich ?

Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie tego punktu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane oprogramowanie musi umożliwiać kompresję kości żeber bez konieczności wykonania dwóch ekspozycji.

Zestaw pytań nr 4. z dnia 12.01.2015r.:

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu rozdziału 15 SIWZ punkt 1 i 4 oraz załącznika nr 1A do SIWZ punkt VI: „Zamawiający dopuszcza wycenę kosztu finansowania z ceną zero złotych.” Pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu i wycenieniu przez Wykonawcę kosztu finansowania na 0 zł spowoduje, że będą miały zastosowanie przepisy odnośnie rażąco niskiej ceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza by koszt finansowania w kalkulowany został w koszt dostarczonych aparatów. Wybór, czy koszt finansowania Wykonawca w kalkuluje w cenę dostarczonych przedmiotów, czy wyszczególni jako osobną pozycję oferty, Zamawiający pozostawia Wykonawcy. Cena brutto oferty ma bowiem zawierać **wszystkie** koszty wykonania zamówienia.

2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisów §14 ustęp 2 co znacząco wpłynie za wysokość ceny ofertowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ.

3. W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §14 ustęp 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Tytułem kary umownej Zamawiający wystawi notę obciążeniową z terminem płatności 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ.

4. Mając na względzie równość stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §14 ustęp 4 wzoru umowy i nadanie mu treści: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkody przewyższające kary umowne. W sytuacji, gdy kary umowne nie pokryją szkody, stronom przysługuje prawo o dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikował zapisy §14 ust. 4 projektu umowy.

5. Prosimy o zmianę zapisu §17 ustęp 3 i nadanie mu treści: „W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn opisanych w ust 2 powyżej, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za wykonaną część umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ.

Zestaw pytań nr 5. z dnia 13.01.2015r.:

Pytanie 1

Załącznik Nr 1A do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

H. RUCHOMY JEZDNY STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH

H.7 Automatyczne podążanie detektora za ruchem lampy góra – dół

H.8 Automatyczne podążanie lampy za zmianami położenia wysokości statywu

A. 5 Aparat ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i stojakiem z możliwością autopozycjonowania dobrane do wykonywanego badania

W związku z powyższymi wymogami prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga automatycznego podążania detektora w statywie za ruchem lampy lewo- prawo wzdłuż osi długiej stołu i automatycznego podążania lampy za zmianami położenia statywu wzdłuż osi długiej stołu. Powyższy wymóg jest niezbędny dla całkowitej automatyzacji procesu pozycjonowania aparatu rtg, a tym samym skrócenia czasu niezbędnego do wykonania badania.

W przypadku negatywnej odpowiedzi technik RTG będzie zmuszony do przesuwania ręcznie statywu wzdłuż osi długiej stołu nawet na odległość 5m – automatyka działania aparatu będzie więc iluzoryczna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga automatycznego podążania detektora w statywie za ruchem lampy lewo-prawo wzdłuż osi długiej stołu i automatycznego podążania lampy za zmianami położenia statywu wzdłuż osi długiej stołu.

Pytanie 2

C. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG

C.6 Cyfrowy wyświetlacz LCD na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego badania: kąt lampy, SID, filtr; wybór ogniska lampy, wybór miejsca ekspozycji, sygnalizacja obecności kratki

C.7 Wyświetlanie obrazu pacjenta po ekspozycji

W związku z powyższymi wymogami prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga wyświetlania obrazu pacjenta po ekspozycji na cyfrowym wyświetlaczu wymaganym w punkcie C.6 .

Powyższa funkcjonalność bardzo podnosi ergonomię pracy z aparatem, gdyż zapewnia szybką możliwość oceny poprawności ułożenia pacjenta w przypadku np. badań dzieci.

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz. odp. na pyt. 2 i 3. Zestawu pytań nr 1 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 3

Zamawiający wymaga:

Załącznik Nr 6 do SIWZ, UMOWA – PROJEKT

§2pkt 2 część II - robota budowlana, obejmująca wykonanie:

a) Niezbędnych prac adaptacyjno – instalacyjnych zawierających przebudowę i dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG, sterowni, przebieralni, rejestracji oraz ciemni. Dostosowanie to nastąpi poprzez wymianę stolarki drzwiowej (w tym montaż drzwi ochronnych przeciwpromiennych); dostosowanie podłóg, ścian i sufitów oraz instalacji elektrycznych, wodnych i wentylacyjnych, przebudowa ścianek, według norm przewidzianych dla tego typu pomieszczeń. W razie konieczności Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych projektów oraz uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, zgód, decyzji. (Prace oparte na podstawie niezbędnych uzgodnień przewidzianymi przepisami Prawa Budowlanego oraz Prawa Atomowego).

- Wykonawca zobowiązuje się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń Pracowni RTG oraz do wykonania koncepcji i harmonogramu prac adaptacyjnych.
- Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu i rozwiązań projektowych i wykonawczych

b) demontaż i utylizację „starego” aparatu RTG.

SIWZ Pkt.3. Przedmiot zamówienia

2) **wykonaniu roboty budowlanej polegającej na adaptacji (dostosowaniu) pomieszczeń w celu montażu aparatu RTG, zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ i koncepcja złożona przez Wykonawcę oraz demontaż dotychczasowego aparatu rentgenowskiego, obejmującej:**

- a) niezbędnych prac adaptacyjno – instalacyjnych zawierających przebudowę i dostosowanie pomieszczeń pracowni RTG, sterowni, przebieralni, rejestracji oraz ciemni. Dostosowanie to nastąpi poprzez wymianę stolarki drzwiowej (w tym montaż drzwi ochronnych przeciwpromiennych); dostosowanie podłóg, ścian i sufitów oraz instalacji elektrycznych, wodnych i wentylacyjnych, przebudowa ścianek, według norm przewidzianych dla tego typu pomieszczeń. W razie konieczności Wykonawca zobowiązuje się do wykonania niezbędnych projektów oraz uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, zgód, decyzji. (Prace oparte na podstawie niezbędnych uzgodnień przewidzianymi przepisami Prawa Budowlanego oraz Prawa Atomowego).
- Wykonawca zobowiązuje się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego do przeprowadzenia wizji lokalnej pomieszczeń Pracowni RTG oraz do wykonania harmonogramu prac adaptacyjnych.
 - Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu i rozwiązań projektowych i wykonawczych

b) demontaż i utylizację „starego” aparatu RTG.

Prosimy o potwierdzenie czy zakres wymienionych w powyższych punktach prac odpowiada zakresowi prac opisanym w Załącznik Nr 1A do SIWZ -V. Adaptacja pomieszczenia pracowni RTG dla potrzeb nowego aparatu RTG.

Prosimy o dokładne wyszczególnienie prac wymaganych do wykonania:

- w pomieszczeniach rejestracji oraz ciemni
- w zakresie instalacji wodnych
- w zakresie instalacji wentylacyjnych
- w zakresie wymiany szyby ochronnej pomiędzy gabinetem badań rtg a sterownią

Wg posiadanej przez nas wiedzy, we wskazanej pracowni rtg znajdują się dwa aparaty rtg, a nie jak wskazuje Zamawiający – jeden aparat rtg.

Prosimy o dokładne określenie ilości aparatów rtg wymaganych do demontażu i utylizacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ i projektu umowy.

Wg wiedzy Zamawiającego, Zamawiający posiada do demontażu i utylizacji **1 (jeden)** aparat RTG z dwoma stanowiskami pracy (z dwiema lampami RTG); drugie stanowisko stanowi ścianka do prześwietleń z torem wizyjnym.

Pytanie 4

Zamawiający wymaga:

Załącznik Nr 6 do SIWZ, UMOWA – PROJEKT

§12Pkt. 1

Realizacja całości zamówienia opisanego w § 1 (zakończenia dostaw oraz podpisania protokołu odbioru końcowego określonego w załączniku nr 2 do umowy) nastąpi w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem:

SIWZ Pkt.9 Termin wykonania zamówienia

*Przystosowanie pomieszczeń oraz dostawa Aparatu RTG (z wyposażeniem) wraz z uruchomieniem i instalacją, winna nastąpić w terminie **do 6 tygodni od podpisania umowy** z wyłączeniem:*

W związku z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń od Instytucji niezależnych od Wykonawcy prosimy o wydłużenie okresu realizacji całości zamówienia do 10 tygodni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ i projektu umowy i wydłużył termin realizacji całości zamówienia do 10 tygodni od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem, że dostawa skanera, stacji lekarskiej, duplikatora nastąpi w terminie do 3 tygodni od podpisania umowy .

Pytanie 5

Zamawiający wymaga:

A. WARUNKI PODSTAWOWE

Pkt.4 Aparat RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta. **Tak / Nie Tak- 20 pkt. Nie- 0 pkt.**

Czy Zamawiający będzie tożsamo punktował rozwiązanie gdzie, Aparat RTG, tj. generator, detektor cyfrowy, stół kostny, stojak do zdjęć odległościowych wyprodukowane są przez tego samego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Zamawiający wymaga:

OKRES GWARANCJI/ SERWIS/ SZKOLENIA

Pkt. 5 Czas reakcji usunięcia wad lub usterek

- w terminie 24 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie dostarczonego sprzętu.

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymaganie na następujące:

Czas reakcji usunięcia wad lub usterek przy pomocy zdalnego dostępu

- w terminie 24 godzin w dni robocze od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o wadzie dostarczonego sprzętu.

Aktualne wymaganie jest sprzeczne z zapisami pkt. 6.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7

Zamawiający wymaga:

OKRES GWARANCJI/ SERWIS/ SZKOLENIA

Pkt. 8 Warunki wymiany sprzętu, liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe:

- trzy naprawy gwarancyjne uprawniają do wymiany sprzętu na nowy

Czy Zamawiający zmodyfikuje wymaganie na następujące:

Pkt. 8 Warunki wymiany sprzętu, liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany modułu, podzespołu na nowe:

- trzy naprawy gwarancyjne uprawniają do wymiany modułu, podzespołu na nowy

Aktualny zapis wymusza na Wykonawcach w kalkulowaniu w cenę wymianę całego aparatu rtg na nowy nawet w przypadku awarii drobnych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy ww. punktu następująco:

Warunki wymiany sprzętu, liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany urządzenia na nowe:

- trzy naprawy gwarancyjne (np. tego samego modułu / podzespołu) uprawniają do wymiany modułu / podzespołu na nowy.

Zamawiający jako moduł/podzespół traktuje wszystkie wymienione w specyfikacji punkty (w zał. 1A do SIWZ), np. skaner płyt obrazowych, detektor cyfrowy, lampa RTG, stół pacjenta, konsola technika, stacja lekarska, duplikator płyt itd.

Pytanie 8

Zamawiający wymaga:

OKRES GWARANCJI/ SERWIS/ SZKOLENIA

Pkt. 9

W przypadku nie usunięcia awarii, usterki lub wady w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach (bez konieczności sprowadzenia części zamiennych); a w przypadku sprowadzenia części zamiennych max. termin 10 dni:

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do tymczasowego zamontowania sprzętu zastępczego spełniającego wymogi określone dla zamawianego sprzętu.

Powyższe wymaganie nie jest możliwe do spełnienia, z powodu konieczności uzyskania niezbędnych pozwoleń do użytkowania sprzętu zamiennego w związku z czym prosimy o jego usunięcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający informuje, iż wymóg zamontowania sprzętu zamiennego dotyczy sprzętu, który nie podlega odbiorom na miejscu przez państwowe służby sanitarne.

Zestaw pytań nr 6. z dnia 13.01.2015r.:

- I. **dot. Formularza oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ** - Czy Zamawiający w poz. III Formularza oferty tj. pkt. „Lekarska stacja diagnostyczna” dopuszcza możliwość zaoferowania stacji – kompletu – na który będzie się składać: oprogramowanie diagnostyczne, będące wyrobem medycznym, opodatkowane stawką preferencyjną podatku VAT, tj. 8% oraz sprzęt komputerowy, opodatkowany podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%? Czy w związku z powyższym Zamawiający wyszczególni w poz. III dodatkowy wiersz, aby Wykonawca mógł uwzględnić w swojej ofercie przetargowej dwie stawki podatku VAT dla tej pozycji?

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
				tj. Wartość netto (kol. C) x stawka VAT(kol. D) %	tj. Wartość netto (kol. C) + Kwota VAT (kol. E)
A	B	C	D	E	F
III.	Lekarska stacja diagnostyczna (kpl.)		8%		
			23%		

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę modyfikując następująco ww. pozycję Formularza ofertowego zał. 1 do SIWZ oraz Opisu przedmiotu zamówienia zał. 1A do SIWZ

Lp	Wyszczególnienie	Wartość netto (zł)	Stawka VAT (%)	Kwota VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
				tj. Wartość netto (kol. C) x stawka VAT(kol. D) %	tj. Wartość netto (kol. C) + Kwota VAT (kol. E)
A	B	C	D	E	F
III.	Lekarska stacja diagnostyczna (kpl. = ogółem) w tym:				
1	Lekarska stacja diagnostyczna -sprzęt				
2	Oprogramowanie lekarskiej stacji diagnostycznej				

- II. **dot. Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1A do SIWZ pkt. C. 6.** – W celu doprecyzowania pkt. C.6. i aby ujednolicić zapisy SIWZ i Umowy (par. 1 ust. 5 Załącznika Nr 6 do SIWZ) - Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dostarczenia przy dostawie urządzeń, aby instrukcja obsługi (użytkownika) dla oprogramowania diagnostycznego stacji lekarskiej była obligatoryjnie w języku polskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, będzie wymagał.

- III. **Dot. Projektu Umowy – Załącznik Nr 6 do SIWZ –**

1. **Dot. Par. 5 ust. 6, par. 7 ust. 6** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca powiadomił o gotowości do odbioru z 3-dniowym wyprzedzeniem? Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:

„Termin gotowości do odbioru w zakresie prac adaptacyjnych / w zakresie dostawy aparatu RTG Wykonawca poda Zamawiającemu z min. 3-dniowym wyprzedzeniem na adres e-mail:

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ.

2. **Dot. Par. 5 ust. 7** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby skrócić czas odbioru końcowego do 3 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji odbiorowej? Prosimy o modyfikację tego ust. w podanym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ.

3. **Dot. Par. 7 ust. 12** – Prosimy o modyfikację tego ust. poprzez dodanie następującej treści:
„...do wartości rzeczywiście poniesionej i udowodnionej szkody.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikował zapisy zał. do SIWZ - projektu umowy.

4. **Dot. Par. 12 ust. 1** – Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji całości zamówienia do 9 tygodni od dnia podpisania umowy? Prosimy o modyfikację tego ust. w następujący sposób:
„...nastąpi w terminie 9 tygodni od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem ...”

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odp. na pyt. 4 Zestawu pytań nr 5 niniejszych wyjaśnień.

5. **Dot. Par. 14** – Prosimy o zastąpienie w każdym podpunkcie słowa: „opóźnienie” słowem: „zwłoka” oraz o wykreślenie podpunktu g) i h) jako sformułowanego nadmiernie surowo i nie w pełni zależnego od Wykonawcy oraz o dodanie do ust. 4 następującej treści: „...do wartości rzeczywiście poniesionej i udowodnionej szkody.”

oraz o dodanie ustępów o następującej treści:

„5. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów SIWZ.

6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia realizacji przedmiotu umowy i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ.

7. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia ponad termin płatności określony w umowie - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ.

8. Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości brutto umowy.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów SIWZ.

9. **Dot. Par. 17** – Prosimy o usunięcie z ust. 2 pkt. a) ze względu na brak odniesienia do wskazanych ustępów w par. 6 oraz o wykreślenie z ust. 3 słów od: „...która z punktu widzenia...” do „...udzielenie zamówienia publicznego” jako niezgodnych z obowiązującym prawem, stanowiącym klauzulę abuzywną oraz o zastąpienie tych słów następującą treścią: „**która została wykonana zgodnie z umową a Zamawiający ma obowiązek tę część zamówienia przyjąć bez uwag i zastrzeżeń oraz zapłacić należne Wykonawcy wynagrodzenie, pod obostrzeniem skierowania sprawy na drogę sądową.**”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez Wykonawcę modyfikację zapisów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający prostuje omyłkę pisarską:

§ 17 ust. 2 a) brzmi: zaistnienia okoliczności opisanych w § 7 ust. 4 lub 5.

10. **Dot. Par. 19** – Prosimy o dodanie do ust. 1 ppkt. k) o następującej treści: „**k) zmiany w zakresie podwykonawców, tj. zmiany zakresu podwykonawstwa i zmiany podmiotów – nazwa, adres – którym Wykonawca powierzył część zamówienia do realizacji.**” oraz ppkt. l) o następującej treści: „**l) zmiany warunków płatności, terminu płatności**”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje zapisy § 19 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie ppkt l) i m) następującej treści:

- l) zmiany w zakresie podwykonawców, tj. zmiany zakresu podwykonawstwa i zmiany podmiotów – nazwa, adres – którym Wykonawca powierzył część zamówienia do realizacji, pod warunkiem, że Zamawiający wyrazi zgodę na proponowaną zmianę podwykonawcy,
- m) zmiany warunków płatności oraz terminu płatności w następującym zakresie:
- skrócenie terminu płatności w przypadku uzyskania przez Zamawiającego dotacji lub należnych należności od NFZ za lata ubiegłe;
 - wydłużenie terminu płatności (np. w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej Zamawiającego);
 - zmianę warunków, tj. zmianę ilości rat w przypadku sytuacji opisanych powyżej.

Zamawiający informuje o modyfikacji SIWZ:

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu zmian (modyfikacji) w treści SIWZ i załączników do SIWZ:

- Nr 1 Druk oferta
- nr 1A Opis przedmiotu zamówienia
- nr 6 Projekt umowy.

Modyfikacja Załącznika 1A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia:

I. Cyfrowy Aparat RTG typu DR; punkt C. Zawieszenie sufitowe lampy RTG

Ww. punkt ulega zmianie i uzyskują następujące brzmienie:

C.	ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG (zmotoryzowane)					
1	Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej	$\geq \pm 125^\circ$,	Tak, podać zakres			
2	Zakres obrotu lampy wokół osi pionowej	$\geq \pm 135^\circ$, podać	Tak, podać			
3	Zakres ruchu pionowego kolumny	≥ 160 cm ,	Tak, podać			
4	Zakres ruchu wzdłużnego	≥ 300 cm,	Tak, podać	≥ 300 cm ≤ 450 cm – 0 pkt. >450 cm – 10 pkt.		
5	Zakres ruchu poprzecznego	≥ 260 cm,	Tak, podać	≥ 260 cm ≤ 270 cm – 0 pkt. >270 cm – 10 pkt.		
6	Cyfrowy wyświetlacz LCD na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego badania: kąt lampy, SID, filtr; wybór ogniska lampy, wybór miejsca ekspozycji, sygnalizacja obecności kratki		Tak			
7	Wyświetlanie obrazu pacjenta po ekspozycji na cyfrowym wyświetlaczu umieszczonym na lampie		Tak / Nie	TAK- 5 pkt. NIE –0 pkt.		
8	W pełni zmotoryzowane zawieszenie sufitowe lampy (tj. poz. C.1, C.2, C.3, C.4, i C.5)	Wymienić ruchy zmotoryzowane	Tak / Nie	TAK- 5 pkt. NIE –0 pkt.		

I. Cyfrowy Aparat RTG typu DR; punkt E.10 Detektor cyfrowy w stole.

otrzymuje brzmienie:

10	Przyłączalna kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego		Tak/Nie	TAK- 5 pkt. NIE -0 pkt		
----	---	--	---------	---------------------------	--	--

SIWZ pkt. 3. Przedmiot zamówienia oraz Zał. nr 6 - Projekt umowy.

Treści zmienionych załączników Zamawiający umieścił na stronie internetowej.

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych modyfikacji Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień **25 lutego 2015r.** do godz. **10:00.**

W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia **25 lutego 2015r.** o godz. **10:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25 lutego 2015r.** o godz. **10:15**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
w Nowym Tomyszu
mgr Janusz Nowak