



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



SPZOZ_NT/DZP/PN/ 10/15

Nowy Tomyśl, dn. 04.09.2015r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ.**
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
REGON 639820004 NIP 788-17-50-689
TEL. 061 4427300, FAX. 061 4422152
30-00381

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „zakup i dostawę sprzętu endoskopowego w systemie ratalnym”.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „zakup i dostawa sprzętu endoskopowego w systemie ratalnym”, zawartych w piśmie Wykonawcy przesłanym faksem w dniu **02.09.2015**, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 03.09.2015r. :

1. Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia z spółką kapitałową?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

2. Załącznik nr 1 poz. IV pkt. 4 WIDEOKOLONOSKOP

Czy w pkt. 4 doszło do omyłki pisarskiej? Czy celem Zamawiającego było opisanie minimalnego wymiaru kanału wideokolonoskopu 2,8mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający opisał minimalny wymiar kanału wideokolonoskopu 2,8 mm.

3. Załącznik nr 1 poz. V. WIDEOGASTROSKOP

Czy w poz. V doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający ma na myśli Wideogastroskop HDTV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający ma na myśli Wideogastroskop HDTV.

4. Załącznik nr 1 GWARANCJA I SERWIS pkt. 1

Czy Zamawiający ma na myśli gwarancję, gdzie nie będzie ponosić żadnych kosztów serwisu w okresie jej obowiązywania nawet w wyniku uszkodzeń powstałych w związku z obsługą niezgodną z instrukcją obsługi przedmiotu zamówienia czy gwarancję, która gwarantuje zwolnienie Zamawiającego z kosztów serwisu związanych z naprawami gwarancyjnymi, jeśli jednak naprawa będzie wykraczała po za gwarancję - będzie spowodowana niewłaściwym użytkowaniem (tj. niezgodnym z instrukcją obsługi urządzenia) koszty napraw będą po stronie Odbiorcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający ma na myśli gwarancję, która gwarantuje zwolnienie Zamawiającego z kosztów serwisu związanych z naprawami gwarancyjnymi (standardowa gwarancja).

5. Załącznik nr 1 GWARANCJA I SERWIS pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenia, których zgłoszenia awarii będą przekazywane w godzinach pracy serwisu oraz 24h na dobę za pomocą poczty elektronicznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

6. Załącznik nr 1 GWARANCJA I SERWIS pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści urządzenia, których naprawy są dokonywane poza siedzibą Zamawiającego w stacjonarnym autoryzowanym serwisie? Urządzenia endoskopowe wymagają bardzo specyficznego sprzętu do diagnostyki i napraw, dlatego nie ma fizycznej możliwości wykonywania napraw w warunkach terenowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

7. Załącznik nr 1 GWARANCJA I SERWIS pkt. 15 oraz wzór umowy § 2 ust. 11

Czy Zamawiający dopuści urządzenia z gwarancją dostępu do części zamiennych przez 8 lat?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust. 11 następująco:

11. Po okresie gwarancyjnym Dostawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat od dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

12. Załącznik nr 1 GWARANCJA I SERWIS pkt. 8 oraz wzór umowy § 2 ust. 1 lit. f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszenie awarii do 72 godzin w dni robocze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

13. Czy w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia (części akcesoriów/wyposażenia sprzętu np. oprzyrządowanie do wózka endoskopowego) nie będącego wyrobem medycznym i posiadającego VAT 23%, Zamawiający umożliwi Wykonawcy wyodrębnienie tej pozycji w formularzu asortymentowo – ilościowo – cenowym oraz wpisanie stawki podatku VAT 23% w osobnym wierszu, oraz czy Zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty dokumentów dopuszczających dane akcesoria do obrotu, przy czym wskazane dokumenty posiada całe urządzenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści.

14. Wzór umowy § 2 ust. 1 lit. d

Powołując się na treść Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Rozdział 11 Używanie i utrzymywanie wyrobów Art. 90. pkt 4 i 5, która nakłada na dystrybutora obowiązek przeprowadzenia fachowej instalacji, okresowych przeglądów, regulacji, kontroli bezpieczeństwa, kalibracji itp, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika, jednocześnie zobowiązuje dystrybutora do dysponowania, określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi oraz koniecznością zatrudniania osób posiadających określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, co w przypadku sprzętu medycznego oznacza długotrwałe i bardzo kosztowne certyfikowane przez producenta szkolenie personelu technicznego. Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia z zakresu konserwacji, napraw i przeglądów, pozostając wyłącznie przy wymogu szkolenia z obsługi urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje §2 ust. 1 lit. d) umowy następująco:

d) dokona przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu medycznego w zakresie obsługi sprzętu;

15. Wzór umowy § 2 ust. 1 lit. k

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu, polegającą na nałożeniu na Wykonawcę obowiązku wymiany danego elementu aparatu na nowy w przypadku trzech napraw gwarancyjnych a nie całego przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w ww. punkcie miał na myśli naprawy dotyczące danej części elementu składowego przedmiotu umowy np. wideokolonoskopu, wideogastroskopu – tj. przykładowo w przypadku 3 napraw gwarancyjnych elementu wideokolonoskopu Wykonawca winien wymienić wideokolonoskop na nowy.

Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust. 1 lit. k) następująco:

- k) Dostawca zobowiązuje się do wymiany elementu składowego przedmiotu umowy (np. wideokolonoskopu, wideogastroskopu) na nowy po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego elementu składowego przedmiotu umowy, które uniemożliwiają jego pracę. Wymiana sprzętu na nowy winna nastąpić w terminie do 30 dni.

16. Wzór umowy § 4 ust. 1 lit. b)

Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie przez Wykonawcę sprzętu zastępczego w terminie określonym umową spowoduje zaniechanie naliczania kar umownych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jeżeli Wykonawca dostarczy (nieodpłatnie) na czas usunięcia usterki sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach to Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za opóźnienie w usunięciu usterki.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hologii
w Nowym Tomyszu

mgr Janusz Nowak

W.Z. 