



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
imienia doktora Kazimierza Hołogi  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152  
e-mail: [spzoz18@post.pl](mailto:spzoz18@post.pl), [www.szpital-nowytomysl.pl](http://www.szpital-nowytomysl.pl)  
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



SPZOZ\_NT/DZP/PN/ 11/16

Nowy Tomyśl, dn. 13.01.2017r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
imienia doktora Kazimierza Hołogi  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
REGON 639820004 NIP 788-17-50-689  
TEL. 061 4427300, FAX. 061 4422152  
30-00301

**Uczestnicy postępowania  
przetargowego**

## WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ (Nr 2)

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „rozbudowę i przebudowę Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12”

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro...**”, zawartych w piśmie Wykonawcy przesłanym w dniu **05.01.2017**, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

### Zestaw pytań nr 2 z dnia 05.01.2017r. :

Dotyczy: Opis wyk. 1\ Punkt 11.1 INSTALACJA GNIAZD W POMIESZCZENIACH GRUPY 2\  
Cechy systemu IT:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający „deklaruje przyjęcie rozwiązań/produktów równoważnych w zakresie określenia parametrów granicznych, przy czym to na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania przedmiotowej równoważności.” jednocześnie nie podając istotnych dla niego cech i parametrów urządzeń, które muszą być zachowane.

Krajowa Izba Odwoławcza w uzasadnieniu wyroku z 11.12.2014r. (sygn. KIO 2519/14) ustaliła, iż z definicji równoważności wynika, że przedmiot **równoważny nie musi mieć wszystkich tych samych cech, co przedmiot zamawiany, którego wymogi zostały opisane w SIWZ.** W ocenie Izby wymagane, aby rozwiązania równoważne zachowały wszystkie parametry podane przez Zamawiającego prowadzi do wewnętrznej sprzeczności.

Skoro zatem parametry rozwiązań równoważnych nie mogą być identyczne, **prosimy o wskazanie przez Zamawiającego istotnych parametrów, które rozwiązania równoważne muszą spełniać oraz zdefiniowanie zakresu dopuszczalnych odstępstw.**

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Przewidziany system IT musi zapewnić odpowiedni stopień bezpieczeństwa w pomieszczeniach istotnych dla życia pacjenta, jakimi są sala operacyjna i opieka nad pacjentem pooperacyjnym.

Proponowane urządzenia równoważne mają spełniać normę bezpieczeństwa EN 61508 (PN-EN 61508) na poziomie co najmniej SIL2.

Wykonawca proponujący rozwiązania równoważne winien do oferty załączyć certyfikat potwierdzający ten fakt.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hołogi  
w Nowym Tomyślu  
*mgr Janusz Nowak*