



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl



NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004

SPZOZ_NT/DZP/PN/ 11/16

Nowy Tomyśl, dn. 11.01.2017r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
Imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
REGON 639820004 NIP 788-17-50-689
TEL. 061 4427300. FAX 061 4422152
30-00361

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ (Nr 1)

Sprawa dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „rozbudowę i przebudowę Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro...”

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Rozbudowa i przebudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu - Budynek "E" II piętro, Blok Operacyjny i Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12**”, zawartych w piśmie Wykonawcy przesłanym faksem w dniu **02.01.2017**, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 02.01.2017r. :

Dot. kolumna chirurgiczna i kolumna anestezjologiczna – sala operacyjna

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn zgodnych z wymaganym przez Zamawiającego zasięgiem min. 2200mm, o konfiguracji długości ramion min. 1200mm oraz min. 1000mm. Proponowane rozwiązanie w żaden sposób funkcjonalnie nie odbiega od parametru wymaganego.

Dot. naścienne panele poziome - dla 17 łóżek .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kolumny o długości ramion min. 1200mm oraz min 1000 mm z wymaganym zasięgiem min. 2200mm.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie paneli z dolną płaszczyzną odchyloną pod kątem 55-65° do podłogi, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku mostu. Zgodnie z EN12464-1 panele nadłóżkowe winny spełniać określone parametry oświetlenia, jego natężenia, rozkładu i równomierności rozłożenia, parametru lśnienia. W związku z powyższym zaproponowany parametr również zapewnia odpowiednie skierowanie strumienia światła na łóżko pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dolna płaszczyzna paneli może być odchylona pod kątem 55-65% do podłogi, jeżeli w tej płaszczyźnie nie umieszczono punktów poboru gazów medycznych. Punkty poboru gazów medycznych winny być w płaszczyźnie pionowej.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający potwierdza iż ciągi komunikacyjne i klatki schodowe umożliwiają swobodny i bezkolizyjny transport paneli 2- i 3-stanowiskowych o długościach 3500mm oraz 5000mm (+ 200mm ze względu na opakowanie zabezpieczające urządzenie medyczne na czas transportu do pomieszczeń docelowych). Dostarczenie tak długich urządzeń medycznych w jednym odcinku wymaga zapewnienia odpowiedniej długości ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza na wyższych piętrach budynku, klatek schodowych o promieniu bezkolizyjnego zakrętu min. 5200mm lub wind z długością wewnętrzną kabiny min. 5200mm. W przypadku braku pewności co do możliwości bezkolizyjnego i swobodnego przetransportowania paneli o długości 5200mm prosimy o dopuszczenie paneli złożonych z dwóch krótszych elementów, koszt złożenia elementów – po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje wymóg, aby panele wykonane były w jednym elemencie.

Dostawę paneli należy zgrać z wykonywaniem innych prac budowlano instalacyjnych.

Wykonawca jest zobowiązany przy wykonywaniu robót budowlanych do transportu materiałów przy pomocy zewnętrznych urządzeń dźwigowych. Panel 5200 mm można dostarczyć przez otwór technologiczny do transportu materiałów w ścianie zewnętrznej, lub z dachu na etapie wykonywania otworów w stropie II piętra dla kanałów wentylacji mechanicznej. Właściwa organizacja robót leży po stronie Wykonawcy.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołowni
w Nowym Tomyszu
mgr Janusz Nowak