



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
 imienia doktora Kazimierza Hołogi  
 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
 tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152  
 e-mail: [spzoz18@post.pl](mailto:spzoz18@post.pl), [www.szpital-nowytomysl.pl](http://www.szpital-nowytomysl.pl)  
 NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



SPZOZ\_NT/DZP/PN/ 02/17

Nowy Tomyśl, dn. 19.05.2017r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
 imienia doktora Kazimierza Hołogi  
 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
 tel./061/ 44 27 300, fax 44 22 152  
 REGON 639820004, NIP 788-17-50-689

**Uczestnicy postępowania  
 przetargowego**

**INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ**

**Sprawa dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku”.

Zamawiający informuje o poprawie omyłki w modyfikacji **Pakietu nr 2 poz. 13** - Załącznik 1A Formularz asortymentowo-cenowy, dokonanej w wyniku odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zawarte w **Zestawie pytań nr 5 pyt. nr 3** z dn. 12.05.2017 (Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 17.05.2017).

Zamawiający w odpowiedzi na pyt. nr 3 Wykonawcy: „dotyczy pakietu nr 2 poz. 13: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu z trokarem tępym o dł. 25 cm oraz z trokarem ostrym o dł. 28 cm” odpowiedział, że dopuści dreny z trokarem o podanych przez Wykonawcę długościach oraz że zamieści prawidłowy opis ww. pozycji w Załączniku 1A – Formularzu asortymentowo-cenowym.

Zamawiający w opisie Pakietu nr 2 poz. 13 poprawił jednak omyłkowo również rozmiar ww. drenów ( tj. był rozm. CH16 – Zamawiający omyłkowo poprawił na rozm. CH25 i CH28). W związku z powyższym celem sprostowania powyższej omyłki Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) modyfikuje treść Załącznika 1A Formularza asortymentowo-cenowego Pakiet nr 2 poz. 13 następująco:

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar	J.m.	Ilość
13	<b>Dren z trokarem</b> do drenażu jamy opłucnej CH 16, wykonany z miękkiego lub standardowego PCV /do wyboru przez użytkownika/, kontrast RTG, znaczniki głębokości co min. 2cm, oznaczenie rozmiaru na drenie, łączniku i tokarce, trokar tępy lub ostry-trójgraniec /do wyboru przez użytkownika/ - długość 25 i 28cm	CH 16	szt.	10

**Wykonawcy winni uwzględnić powyższą modyfikację w treści ofert.**

**DYREKTOR**  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 imienia doktora Kazimierza Hołogi  
 w Nowym Tomyślu  
 mgr Jarusz Nowak