



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomysl.pl

NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



SPZOZ_NT/DZP/PN/ 02/17

Nowy Tomyśl, dn. 17.05.2017r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
Imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
REGON 639820004 NIP 788-17-50-689
TEL. 061 4427300, FAX. 061 4422152
30-00361

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę medycznego sprzętu jednorazowego użytku”.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku”, zawartych w piśmie Wykonawców przesłanych w dniach **11.05.2017 – 15.05.2017**, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 11.05.2017r. :

1. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości 150-1200ml i objętości 33 ml, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyrobu o parametrach zgodnych określonymi w SIWZ.

2. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości 32 ml i masie 23 g, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyrobu o parametrach zgodnych określonymi w SIWZ.

3. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o wyłącznej filtracji mechanicznej (bez warstwy elektrostatycznej) z wydzielonym od warstwy filtrującej piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o oporach przepływu 1.3 cm H₂O przy przepływie 30 l/min o masie 40 g i przestrzeni martwej 54 ml, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkownika, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają konkurencję. Obecny opis naraża więc Zamawiającego na nieuzasadnione koszty, gdyż kwota zaoferowana przez ograniczoną liczę wykonawców jest znacząco wyższa w porównaniu do postępowań, gdzie zachowana jest uczciwa konkurencja.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyrobów o parametrach zgodnych z określonymi w SIWZ.

4. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5-8

Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o długości 210 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści maski z drenem o długości 210 cm pod warunkiem, że spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

5. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści maski z nebulizatorem o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyrobów o parametrach zgodnych z określonymi w SIWZ.

6. Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-8

W przedmiotowym postępowaniu (w zakresie pakietu nr 3) konstrukcja powyższego pakietu ogranicza udział innych podmiotów (zawłaszcza przedsiębiorców małych i średnich), umożliwia złożenie ograniczonej ilości wykonawców i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione wydatkowanie środków publicznych. Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z nowelizacją ustawy PZP: *decyzja co do podziału zamówienia na określoną ilość części należy do zamawiającego. Zamawiający podejmuje ją w zależności od swoich potrzeb, jednakże jego swoboda jest ograniczona zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Należy zatem badać, czy w konkretnych okolicznościach decyzja (co do podziału zamówienia i na ile części) nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom.* Mając na uwadze powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych (spełniających wszystkie wymagania SIWZ) z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji z pakietu. Zamawiający dokonał podziału zamówienia zgodnie z potrzebami na 8 pakietów.

Zestaw pytań nr 2 z dnia 11.05.2017r. :

Pytanie dotyczące Pakietu nr 7 – elektrody, żele, materiały medyczne:

1. **Pozycja nr 1,2:** Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby medyczne spełniały wymagania określone w SIWZ i wymagania określone przepisami prawa.

2. **Pozycja nr 1,2:** Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga.

3. **Pozycja nr 1,2:** Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga przedstawienia ww. dokumentów .

4. **Pozycja nr 1:** Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o średnicy 30mm? Zaznaczamy, że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści elektrody o podanych wymiarach jeśli spełniają pozostałe zapisy SIWZ.

5. **Pozycja nr 2:** Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o wymiarach 45mm x 31mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

6. **Pozycja nr 2:** Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG o wymiarach 55mm x 41mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści elektrody o podanych wymiarach jeśli spełniają pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści elektrody o podanych wymiarach jeśli spełniają pozostałe zapisy SIWZ.

7. **Pozycja nr 1-2:** Czy Zamawiający wydzieli pozycje od 1 do 2 do osobnego pakietu? Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na uczestniczenie w przetargu większej liczbie wykonawców, oraz umożliwi Zamawiającego uzyskać bardziej korzystną cenę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji.

Zestaw pytań nr 3 z dnia 11.05.2017r. :**Pytanie nr 1 – dotyczy Pakiet nr 1, pozycja 64**

Prosimy Zamawiającego o informację, czy:

- Igła ma być wyposażona w mechanizm zapobiegający przed zakłuciem?
- Zamawiający wymaga barwnego oznaczenia rozmiaru igły?

Odpowiedź Zamawiającego:

Igła ma być wyposażona w mechanizm zapobiegający przed zakłuciem - pozostałe parametry określone w SIWZ.

Pytanie nr 2– dotyczy Pakiet nr 1, pozycja 64

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycję nr 64?

Ustanowienie odrębnego pakietu pozwoli zaoferować wykonawcy wysokiej jakości wyroby medyczne spełniające wszystkie ustanowione w siwz wymagania. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż zasada zachowania uczciwej konkurencji odnosi się nie tylko do opisu sensu stricto lecz również podziału zamówienia na części w sposób umożliwiający złożenie oferty przez wszystkich zainteresowanych wykonawców. Powyższe zostało potwierdzone zarówno w orzecznictwie KIO i sądów polskich, jak i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji.


Pytanie nr 3– dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 45

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważny zestaw przedstawiony poniżej?

Zestaw zawiera:

- Półotwarty trokar
- Cewnik pojedynczo zagięty długości 50 cm, rozmiar 8CH, 10CH lub 12CH z łącznikiem do worka
- Worek na mocz
- Butelkę na próbkę moczu
- Zacisk na cewnik

Półotwarty trokar



Cewnik pojedynczo zagięty z łącznikiem do worka na mocz



W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuści, Zamawiający wymaga produktu o parametrach zgodnych z SIWZ. Wykonawca nie podał wszystkich szczegółowych parametrów oferowanego produktu. Zamawiający nie może odnieść się czy jest to zestaw równoważny.

Pytanie nr 4– dotyczy Pakiet nr 2, pozycja 45

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycję nr 45?

Ustanowienie odrębnego pakietu pozwoli zaoferować wykonawcy wysokiej jakości wyroby medyczne spełniające wszystkie ustanowione w siwz wymagania. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, iż zasada zachowania uczciwej konkurencji odnosi się nie tylko do opisu sensu stricto lecz również podziału zamówienia na części w sposób umożliwiający złożenie oferty przez wszystkich zainteresowanych wykonawców. Powyższe zostało potwierdzone zarówno w orzecznictwie KIO i sądów polskich, jak i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji.

Zestaw pytań nr 4 z dnia 12.05.2017r. :

1. Dot. pełnomocnictwa

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli - potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

2. Dotyczy zawarcia umowy

Z uwagi na fakt, iż siedziba Wykonawcy znajduje się poza granicami kraju wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nie dotyczy SIWZ. Warunki podpisania umowy z wybranym w wyniku postępowania Wykonawcą określone zostaną w informacji o wyborze oferty.

3. Dot. §2 pkt.5 oraz §3 pkt.3 wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww. paragrafu na następujące brzmienie: „Trzykrotne **kolejne** udokumentowane nieterminowe dostarczenie towaru upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym **po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia**”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

4. Dot. §8 pkt.2a oraz 2d wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy. Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

5. Dot. §8 pkt.2b oraz 2c wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmiany w wielkości kar umownych, tak aby kary umowne naliczane Wykonawcy przez Zamawiającego za niedostarczoną w terminie partię wyrobów medycznych (pkt2b, 2c) odpowiadały odsetkom za zwłokę w płatności za dostawy naliczane Zamawiającemu.

Wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy karami umownymi, które zobowiązany jest płacić Dostawca w razie zwłoki w dostawie towarów, a odsetkami w przypadku zwłoki Zamawiającego w płatności za zrealizowane dostawy, w sposób nieuzasadniony narusza fundamentalną zasadę prawa cywilnego – równości stron stosunku cywilnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe przepisy proponujemy zrównanie odsetek za zwłokę, które zobowiązany jest płacić Zamawiający w przypadku zwłoki w płatności za dostawy lub zrównanie kar umownych naliczanych Dostawcy do poziomu odsetek ustawowych tj do wysokości 0,1%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zestaw pytań nr 5 z dnia 12.05.2017r. :

1. dotyczy pakietu nr 2 poz. 12: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenów do drenażu jamy opłucnej z trokarem tęnym o dł. 40 cm oraz z trokarem ostrym o dł. 40 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści .

2. dotyczy pakietu nr 2 poz. 12: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie rozmiaru CH26 lub zastąpienie go rozmiarem CH24 bądź CH28, gdyż rozmiar CH26 nie istnieje o opisie podanym w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:**Informacja o modyfikacji SIWZ dla Wykonawców:**

Zamawiający wykreśli ww. pozycję (rozmiar CH26).

Zmodyfikowany Pakiet nr 2 Zamawiający zamieści na stronie.

3. dotyczy pakietu nr 2 poz. 13: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu z trokarem tęnym o dł. 25 cm oraz z trokarem ostrym o dł. 28 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:**Informacja o modyfikacji SIWZ dla Wykonawców:**

Zamawiający dopuści.

Zamawiający zmodyfikował opis **pakietu nr 2 poz. 13** w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A

4. dotyczy pakietu nr 2 poz. 47: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie czy chodzi o podstawowy zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa z wielorazowym peanem czy o zestaw uzupełniający, który jest bez peana?

Odpowiedź Zamawiającego:**Informacja o modyfikacji SIWZ dla Wykonawców:**

Zamawiający wymaga zestaw uzupełniający **bez peana**.

Zamawiający zmodyfikował opis **pakietu nr 2 poz. 47** w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A

5. dotyczy pakietu nr 2 poz. 53: zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z drenem o dł. 150 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o dł. min. 150 cm jeśli spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Zestaw pytań nr 6 z dnia 12.05.2017r. :

1. Pakiet nr 4, poz. 1

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania (pod warunkiem doposażenia na czas umowy w kompatybilne kanistry i mocowniki), równoważny system do odsysania, producent brytyjski?

Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na **opatentowaną, antybakteryjną** technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-cołi oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje się tym, że kanistry nie posiadają przyłączy, wszystkie zlokalizowane są w pokrywie wkładu: dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Łącznik (króciec) do pacjenta jest gładki, rozszerzający się, kompatybilny z drenami o różnej średnicy. Wkład do odsysania ortopedycznego (króciec 12mm) dostępny opcjonalnie. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania - jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ.

2. Pakiet nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wieszak metalowy, kompatybilny z oferowanym systemem, z wygodnym mechanizmem śrubowym pozwalającym na szybki montaż bez użycia narzędzi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ.

3. Pakiet nr 4, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści łącznik do gniazda próżni prosty, kompatybilny z oferowanym systemem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ.

4. **Pakiet nr 4, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści kanwę 24G?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ.

5. **Pakiet nr 4, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści dren o śr. wew. 6mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ.

6. **Pakiet nr 4, poz. 8-12**

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wydzielenie rzeczonych pozycji do osobnego pakietu, ze względu na brak związku funkcjonalnego pomiędzy tymi produktami, a pozostałymi w pakiecie. Utrzymanie dotychczasowych wymagań SIWZ skutkować będzie tym, że ważną ofertę, niepodlegającą odrzuceniu, złożyc będzie mógł tylko jeden dystrybutor.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji.

Zestaw pytań nr 7 z dnia 12.05.2017r. :**Pytanie nr 1*****Dotyczy pakiet nr 5:***

1. Prosimy o wydzielenie pozycji 1-8 i utworzenie z nich odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji z pakietu.

2. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika na wycinki histopatologiczne z PP, szczelnie zakręcane o pojemności 200 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści pd warunkiem, że spełniają pozostałe parametry określone w SIWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika na wycinki histopatologiczne, z białego PP, ze szczelnym zamknięciem na wcisk, posiadającego plombę zabezpieczającą, o pojemności 190 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści.

4. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika na wycinki histopatologiczne, z białego PP, ze szczelnym zamknięciem na wcisk, posiadającego plombę zabezpieczającą, o pojemności 366 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści

5. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 pojemnika na wycinki histopatologiczne, z białego PP, ze szczelnym zamknięciem na wcisk, posiadającego plombę zabezpieczającą, o pojemności 520 ml i wymiarach: Φ 80mmx115mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

6. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 pojemnika na wycinki histopatologiczne, z białego PP, ze szczelnym zamknięciem na wcisk, posiadającego plombę zabezpieczającą, o pojemności 1200 ml i wymiarach: Φ 122mmx115mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

7. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 pojemnika na wycinki histopatologiczne, z białego PP, ze szczelnym zamknięciem na wcisk, posiadającego plombę zabezpieczającą, o pojemności 2300ml i wymiarach: Φ 163mmx130mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

8. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 pojemnika na wycinki histopatologiczne z PP. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

9. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemnika na wycinki histopatologiczne, z białego PP, ze szczelnym zamknięciem na wcisk, posiadającego plombę zabezpieczającą, o pojemności 3400 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

10. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 pojemnika na wycinki histopatologiczne, z białego PP, ze szczelnym zamknięciem na wcisk, posiadającego plombę zabezpieczającą, o pojemności 5600 ml i wymiarach: Φ 210mmx215mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

11. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 8 pojemnika na wycinki histopatologiczne z PP, szczelnie zakręcanego o pojemności 30 ml.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

Pytanie 2**Dotyczy zapisów wzoru umowy:**

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że Zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala Wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 8 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.

„Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”

izba uznała ponadto w tym przypadku, że

„Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia Wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na Wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala Wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

W związku z powyższą argumentacją oraz zabezpieczeniem interesów zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie w umowie/modyfikacje zapisów § 1 po przez umieszczenie adnotacji:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie tego zapisu do projektu umowy. Zamawiający określił potrzeby na podstawie dotychczasowego zużycia.

Pytanie 3**Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2 a):**

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu

Pytanie 4**Dotyczy wzoru umowy:**

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego o modyfikacje we wzorze umowy poprzez wprowadzenie dodatkowego korzystnego dla Zamawiającego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Wykonawcy

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga produktu o parametrach określonych w SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 do osobnego pakietu? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi. Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji.

Zestaw pytań nr 11 z dnia 15.05.2017r. :**Pakiet 7**

Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG o średnicy 30mm lub elektrody z wypustką 37x41 mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści o średnicy 30 mm jeśli spełniają pozostałe parametry określone w SIWZ.

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji z pakietu.

Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG w rozmiarze 55x41 mm lub 51x36 mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści 55 x 41 mm jeśli spełniają pozostałe parametry określone w SIWZ.

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji z pakietu.

Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków w opakowaniach a'75 szt. z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniach a 75 szt z przeliczeniem ilości opakowań (w zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę tj. 1707 op.).

Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści prezerwatywy na głowicę USG z podaniem ceny za opakowanie a'144 szt. z przeliczeniem na 21 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

Zestaw pytań nr 12 z dnia 15.05.2017r. :

Dotyczy: SPZOZ_NT/DZP/PN/ 02 /17, Pakiet nr 6. Cewniki do hemodializ, ilość pozycji 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik trójświatłowy poliuretanowy 12FR o długości **15cm** (nr katalogowy: EG-7613), **20 cm** (nr katalogowy: EG- 7713) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone prowadnica J-Flex Tip 0.035", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Dotyczy: SPZOZ_NT/DZP/PN/ 02 /17, Pakiet nr 6. Cewniki do hemodializ, ilość pozycji 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14 Fr o długości **15 cm** (nr katalogowy: EF-8613), **20cm** (nr katalogowy: EF- 8713) i **24cm** (nr katalogowy: EF- 8813) widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU

przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację zapisów SIWZ.

Zestaw pytań nr 8 z dnia 15.05.2017r. :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 58 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji z pakietu.

Zestaw pytań nr 9 z dnia 15.05.2017r. :

1. **Dotyczy: SPZOZ_NT/DZP/PN/ 02 /17, Pakiet Nr 1 Wyroby medyczne jednorazowego użytku (aparaty do przetoczeń płynów, igły do znieczuleń, ostrza skalpela, strzykawki, kaniule), ilość pozycji 86, pozycja 59**

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Nr kat.: 3255. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający wymaga wyrobu o parametrach zgodnych z SIWZ.

2. **Dotyczy: SPZOZ_NT/DZP/PN/ 02 /17, Pakiet Nr 1 Wyroby medyczne jednorazowego użytku (aparaty do przetoczeń płynów, igły do znieczuleń, ostrza skalpela, strzykawki, kaniule), ilość pozycji 86, pozycja 60**

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Nr kat.: 3255. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 59 oraz pozycji 60 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

(w zał. ułotka)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji z pakietu i oczekuje wyrobu o parametrach określonych w SIWZ.

Zestaw pytań nr 10 z dnia 15.05.2017r. :

Dotyczy: SPZOZ_NT/DZP/PN/ 02 /17 pakiet 6 pozycja 2 składania ofert: 22.05.2017

1. Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynymi, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi przewodnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szywy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone prowadnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

(w zał. ulotka informacyjna o produktach)

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Zestaw pytań nr 13 z dnia 15.05.2017r. :

Pytania do umowy:

1. §8 ust. 2, pkt. a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej za odstąpienie od umowy na 5% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy brutto?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie

Pytania do SIWZ:

2. Pakiet 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki histopatologiczne wykonane z PS? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

3. Pakiet 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki histopatologiczne wykonane z PP na wcisk? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

4. Pakiet 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki histopatologiczne wykonane z PS? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści

5. Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG o średnicy 36 mm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wie o którą dokładnie poz. pakietu Wykonawca pyta. W Pakiecie 7 poz. 1 Zamawiający dopuści elektrodę EKG o średnicy 36 mm.

6. Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę EKG o wymiarach 36 mm x 48 mm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

7. Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków plastikowych za opakowanie a'75 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniach a 75 szt. z przeliczeniem ilości opakowań (w zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę).

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Wykonawca winien wycenić 1707 op. kieliszków.

8. Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę prezerwatyw (osłon na głowice USG) za opakowanie handlowe a'144 szt. z odpowiednim przeliczaniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści z przeliczeniem na 21 opakowań.

Zestaw pytań nr 14 z dnia 15.05.2017r. :

1. **Pakiet nr 1, pozycja 1** - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 1 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wydziela pozycji.
2. **Pakiet nr 1, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem przepływu od 5-250 ml/h w kształcie beczulki?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści produkt o wskazanych parametrach jeśli spełnia pozostałe zapisy SIWZ
3. **Pakiet nr 4, pozycja 13-14** - Czy Zamawiający z uwagi niejednorodny charakter produktów zawartych w Pakiecie 4, wydzieli pozycję nr 13 i 14 oraz utworzy z nich oddzielny pakiet, umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wydziela pozycji
4. **Pakiet nr 4, pozycja 14** - Czy Zamawiający dopuści worek na wymioty wyposażony w wyłącznie jedną skalę pomiarową od 100-1500 ml, o pojemności worka 1500ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie
5. **Pakiet nr 5, pozycja 1-8** - Czy Zamawiający dopuści pojemniki na wycinki histopatologiczne wykonane z polipropylenu (PP)?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści
6. **Pakiet nr 5, pozycja 2** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 0,5l o wymiarach: średnica 105mm x 86mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści jeśli spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.
7. **Pakiet nr 5, pozycja 3** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 1 l o wymiarach: średnica 122 mmx119mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści jeśli spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.
8. **Pakiet nr 5, pozycja 4** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 2,3l o wymiarach: średnica 159mm x 164mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie.
9. **Pakiet nr 5, pozycja 5** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 0,25l?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści jeśli spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.
10. **Pakiet nr 5, pozycja 7** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 5l o wymiarach: średnica 215mm x 186mm?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści jeśli spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.
11. **Pakiet nr 5, pozycja 8** - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na wycinki histopatologiczne o pojemności 35 ml?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści jeśli spełnia pozostałe parametry określone w SIWZ.

Zestaw pytań nr 15 z dnia 16.05.2017r. :

Dotyczy: SPZOZ_NT/DZP/PN/ 02 /17 pakiet 1 pozycja 58 termin składania ofert 22.05.2017

1. Czy Zamawiający dopuści korek pakowany po 350 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 58 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Szczegółowe informacje o produkcji w załączeniu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji

Zestaw pytań nr 16 z dnia 16.05.2017r. :**Pytania do SIWZ:****Pakiet 5, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe białe w opakowaniach a'150 szt.? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

Informacja o modyfikacji SIWZ:

W opisie **Pakiet 8, pozycja 2** było: op. a 100 szt. **winno być: op. a 150 szt.**

Ilość pozostaje bez zmian tj. 1 500 op.

Zmodyfikowany Pakiet nr 8 Zamawiający zamieści na stronie.

Informacja o modyfikacji SIWZ:

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następującej zmiany (modyfikacji) w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Formularzu asortymentowo-cenowym Zał. 1A do SIWZ.

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych modyfikacji, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień **25 maja 2017r.** do godz. **10:00**. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia **25 maja 2017r.** o godz. **10:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25 maja 2017r.** o godz. **10:15**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Piłoci
w Nowym Tomyślu