



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
 imienia doktora Kazimierza Hologii  
 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
 tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152  
 e-mail: [spzoz18@post.pl](mailto:spzoz18@post.pl), [www.szpital-nowytomyśl.pl](http://www.szpital-nowytomyśl.pl)  
 NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



SPZOZ\_NT/DZP/PN/ 10/17

Nowy Tomyśl, dn. 13.12.2017r.

## Uczestnicy postępowania przetargowego

### INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ

**Sprawa dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli, wózków, wyrobów ze stali nierdzewnej i pozostałego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w Nowym Tomyślu”.

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Dostawę mebli, wózków, wyrobów ze stali nierdzewnej i pozostałego wyposażenia dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu SPZOZ w Nowym Tomyślu, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) informuje o dokonanej modyfikacji treści SIWZ.

Zamawiający zmodyfikował treści Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwanego dalej SIWZ) i Załączników do SIWZ: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Pakietu nr 5 Wózki do transportu chorych Zał. 2E oraz Załącznika 1A do SIWZ Formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego dla Pakietu nr 1 następująco:

**I.** W treści dokumentu Załącznika 1A do SIWZ Formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego dla Pakietu nr 1 Meble wraz z wyposażeniem w części **II. Pomieszczenie przygotowawcze** Zamawiający usunął następujące pozycje:

3	Szafka stojąca obudowa lodówki, konstrukcja profil aluminiowy wypełniony płytą meblową, drzwi prawe.	640	540	850	szt.	1
4	Lodówka podblatowa do zabudowy z zamrażalnikiem	598	545	820	szt.	1

Powyższe pozycje **nie powinny być wyceniane**.

Numeracja pozostałych pozycji uległa automatycznej zmianie. Zmodyfikowany załącznik 1A Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy dla Pakietu nr 1 Zamawiający zamieścił na stronie.

**II.** W treści Załącznika 2E Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Pakietu nr 5 Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej Zamawiający dokonał modyfikacji w następujących pozycjach:

3	Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcję szpitalną. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o przekroju <b>min. 4 x 2,5 cm</b> gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe.	Tak
11	Uchwyty ze stali nierdzewnej ( <b>lub ze stali węglowej pokrytej chromem</b> ) po obu stronach wózka służące do przetaczania	Tak
13	Zakres regulacji wysokości w zakresie min. od <b>600</b> do 900 mm	TAK
14	Regulacja pozycji Trendelenburga i anti-Trendelenburga realizowana przy pomocy sprężyn gazowych. Dźwignia do regulacji umieszczona po obu stronach wózka <b>albo</b> od strony nóg pacjenta	TAK, podać
15	Regulacja pozycji Trendelenburga <b>minimum 12°</b>	TAK
17	Cztery koła jezdne o średnicy <b>min. 150 mm</b> z bieżnikiem przeciwpoślizgowym,	TAK
19	Nośność maksymalna wózka min. 250 kg potwierdzona stosownym dokumentem przez niezależną jednostkę badawczą <b>lub producenta</b> (załączyć stosowny dokument)	TAK
20	<b>Wyposażenie wózka:</b>	TAK
21	Poręcze boczne ze stali nierdzewnej ( <b>lub ze stali węglowej pokrytej chromem</b> ) składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, zabezpieczające pacjenta na min. <b>55%</b> długości leża.	TAK
22	Wieszak kroplówki ze stali <b>nierdzewnej lub ze stali węglowej (tuba – lakierowana proszkowo, sztyca – pokryta chromem)</b> , posiadający regulację wysokości oraz <b>min. 2</b> haczyki ze stali nierdzewnej <b>lub ze stali węglowej pokrytej chromem</b>	TAK
23	Materac o grubości <b>min. 7</b> cm w wodoszczelnym pokrowcu z wytrzymałego materiału	TAK

	odpornego na uszkodzenia i dezynfekcję, wyposażony w uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta	
24	<b>Kosz (lub półka) na ubrania pacjenta lub sprzęt medyczny</b>	<b>TAK</b>

Zamawiający dodał poz. nr 24 (kosz lub półka na ubrania pacjenta lub sprzęt medyczny) w związku z powyższym numeracją pozostałych pozycji uległa automatycznie zmianie.

**Następujące dokumenty wyszczególnione w tabeli złożyć winien Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:**

- Deklaracja zgodności /Certyfikat CE
- materiały informacyjne w języku polskim (np. katalog, ulotki, materiały informacyjne, instrukcje obsługi, certyfikaty, materiały producenta bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane parametry techniczne oferowanych wyrobów) zawierające dane techniczne. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
- Powiadomienie/Wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych
- Certyfikat jakości EN ISO 9001:2008 oraz EN ISO 13485:2003 (lub równoważne) dla producenta
- dokument niezależnej jednostki badawczej lub producenta potwierdzający dopuszczalne obciążenie robocze wózka

Zmodyfikowany załącznik 2E Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla Pakietu nr 5 Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej Zamawiający zamieścił na stronie internetowej.

III. W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający dokonał zmiany treści dokumentu SIWZ w Rozdz. VII ust. 3 lit. b) następująco:

b) Deklaracja zgodności/Certyfikat/deklaracja CE, Wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych, Certyfikaty PN:EN ISO 9001:2008 oraz PN:EN ISO 13485:2003 (lub równoważne) – **dotyczące: wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz Systemu Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, atest PZH potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia, dokumenty potwierdzające parametry oferowanych wyrobów wystawione przez niezależne jednostki badawcze (lub producenta) – zgodnie z wymogami dla danego Pakietu (dokumenty wymienione w Zał. 2A - 2F do SIWZ) .**

Jednocześnie informuję, że w celu umożliwienia Państwu uwzględnienia w treści przygotowywanych ofert wprowadzonych modyfikacji, Zamawiający ustala termin składania ofert na dzień **19 grudnia 2017r.** do godz. **10:00**. W związku z tym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści dokumentu zawierającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia **19 grudnia 2017r.** o godz. **10:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19 grudnia 2017r.** o godz. **10:15**