



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152
e-mail: spzoz18@post.pl, www.szpital-nowytomyśl.pl
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr 1855/1/2006
PN-EN ISO 9001:2001

SPZOZ_NT/DZP/ZO/11/17

Nowy Tomyśl, dn. 08.12.2017r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Sprawa dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie rozęznania cenowego na „Dostawę chłodziarek farmaceutycznych i zamrażarki dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa chłodziarek farmaceutycznych i zamrażarki dla SPZOZ w Nowym Tomyślu, zawartych w piśmie Wykonawcy przesłanym w dniu 08.12.2017, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 08.12.2017r. :

Pakiet nr 1- Chłodziarka farmaceutyczna

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną wyposażoną w 3 półki druciane typu ruszt? Ze względu na wymagany wymuszony obieg powietrza (wentylator) nie ma możliwości zastosowania półek pełnych. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

2. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną nie spełniającą normy DIN 58345? Jest to niemiecka norma, którą mogą spełniać jedynie urządzenia wyprodukowane na terenie Niemiec. Zaproponowane urządzenie jest chłodziarką farmaceutyczną przeznaczoną do przechowywania leków. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Charakterystyki Produktów Leczniczych wskazują na konieczność zapewnienia podczas przechowywania i dystrybucji leków stabilnych warunków termicznych w granicach od +2°C do +8°C. Zaproponowana przez nas chłodziarka spełnia powyższe wytyczne. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wykreślił ww. zapis.

3. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną niebędącą wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.)? Zaproponowana chłodziarka jest urządzeniem laboratoryjnym posiadającym certyfikat CE. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

Pakiet nr 2- Zamrażarka

4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z poziomem hałasu 60 dB? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

5. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z zużyciem energii w ciągu roku wynoszącym 2124 kWh/ rok? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

6. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niebędącą wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.)? Zaproponowana zamrażarka jest urządzeniem laboratoryjnym posiadającym certyfikat CE. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

**Zmodyfikowany Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA Zamawiający zamieścił na stronie internetowej.**

