

SPZOZ_NT/DZP/PN/ 11/18

Nowy Tomyśl, dn. 04.10.2018r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
Imienia doktora **Kazimierza Hołogi**
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
REGON 639820004 NIP 788-17-50-689
TEL. 061 4427300, FAX. 061 4422152
30-00361

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Nr 2

Sprawa dotyczy: *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa urządzeń medycznych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.*

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO**, zawartych w pismach Wykonawców, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 5 z dnia 03.10.2018r. :

PYTANIA DO SIWZ - Zał. 1F Opis Przedmiotu Zamówienia - cz.6.doc

PYTANIE NR 1

DOTYCZY: WARUNKI SERWISOWE (wspólne dla obu aparatów) – pkt 4

Czy zamawiający dopuści do postępowania warunek:

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn.-pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści powyższy warunek jedynie dla Części nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Dla pozostałych Części postępowania warunki pozostają bez zmian.

PYTANIE NR 2

DOTYCZY: WARUNKI SERWISOWE (wspólne dla obu aparatów) – pkt 5

Czy zamawiający dopuści do postępowania warunek:

Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max 5 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści powyższy warunek jedynie dla Części nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Dla pozostałych Części postępowania warunki pozostają bez zmian.

PYTANIE NR 3

DOTYCZY: WARUNKI SERWISOWE (wspólne dla obu aparatów) – pkt 6

Czy zamawiający dopuści do postępowania warunek:

Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max 10 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści powyższy warunek jedynie dla Części nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Dla pozostałych Części postępowania warunki pozostają bez zmian.


Za DYREKTORA
ds. Opieki Medycznej
lek. Marek Ratajczak