

SPZOZ_NT/DZP/PN/ 11/18

Nowy Tomyśl, dn. 03.10.2018r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**
imienia doktora Kazimierza Hołogi
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
REGON 639820004 NIP 788-17-50-689
TEL. 061 4427300, FAX. 061 4422152
30-00301

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Nr 1

Sprawa dotyczy: *Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa urządzeń medycznych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.*

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest *DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO*, zawartych w pismach Wykonawców, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw pytań nr 1 z dnia 21.09.2018r. :

dotyczy pakietu nr 13:

1. Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada zapis wsteczny EKG do 10 sekund?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie.
2. Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG, który posiada częstotliwość próbkowania 1600 Hz na kanał?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie.

Zestaw pytań nr 2 z dnia 24.09.2018r. :

Pytanie nr 1 do Załącznika nr 1G Część 7 Pozycja „E”

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw do bronchoskopii składający się z 1 szt. przenośnego monitora LCD 8,5 cala i 20 szt. jednorazowych, sterylnych, giętkich endoskopów kompatybilnych z monitorem, dostępnych w 3 rozmiarach do wyboru przez Zamawiającego.

Zestaw charakteryzuje się następującymi parametrami :

- Pole widzenia 850
- Głębina ostrości 6-50 mm
- Zakres zgięcia końcówki endoskopu: 180° do góry/ do dołu 180° (Slim i Regular), 180 do góry/ 160 do dołu (Large)
- Oświetlenie LED
- Długość części roboczej 600 mm
- średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 5.4 mm
- Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large
- Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor
- Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej
- Możliwość odsysania poprzez kanał roboczy
- Monitor LCD, kolorowy, dotykowy
- Przekątna wyświetlacza 8,5 cala
- Rozdzielczość wyświetlacza 800 x 480 pikseli
- Czas pracy na akumulatorze 3 godziny, odliczanie pozostałego czasu na ekranie
- Zasilanie sieciowe oraz z wewnętrznego akumulatora
- Złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci.
- Uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie, stojaku (np. do kroplówek).
- Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 2 do Załącznika nr 1G Część 7 Pozycja „E”

Prosimy Zamawiającego o wyodrębnienie z Załącznika nr 1G pozycji „ E. BRONCHOFIBEROSKOP” do odrębnej części w postępowaniu przetargowym celem zachowania zasad uczciwej konkurencji celem umożliwienia złożenia oferty autoryzowanemu dystrybutorowi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wydziela Pozycji E z Pakietu.

Zestaw pytań nr 3 z dnia 24.09.2018r. :

Pakiet nr 13

Aparat EKG :

1. Pytanie do pkt. 4:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości zapisu wstecznego ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

2. Pytanie do pkt. 12:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością pracy akumulatora do 120 min ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością pracy na akumulatorze do min. 120 min.

3. Pytanie do pkt. 14 i 15:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością przeniesienia danych z aparatu do komputera za pomocą kabla RS 232, USB lub sieci Wi- Fi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aparatu o parametrach zgodnych z SIWZ, ale dopuści aparat, który dodatkowo posiada możliwość przeniesienia danych z aparatu do komputera za pomocą kabla RS 232 lub sieci Wi- Fi.

4. Pytanie do pkt. 21:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z częstotliwością próbkowania na poziomie 2000 Hz ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

5. Pytanie do pkt. 23:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG bez możliwości przełączenia aparatu w tryb wydruku Cabrera ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Powyższy parametr jest punktowany – w takim przypadku Wykonawca nie otrzyma punktów za powyższy parametr.

6. Pytanie do pkt. 25:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z wbudowaną pamięcią aparatu, umożliwiającą archiwizację 400 badań oraz możliwością podłączenia aparatu do sieci Wi-Fi, co umożliwi archiwizację wielu badań ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający wymaga, aby aparat EKG działał w ramach oprogramowania, które umożliwia nie tylko archiwizację wyników aparatu EKG, ale również holtera EKG, holtera ABPM, spirometrii, ergospirometrii i próby wysiłkowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający wymaga tylko aparatu z oprogramowaniem do EKG oraz spirometrii (jeśli Wykonawca oferuje w pkt. 26 możliwość wykonania badania spirometrycznego).

Zestaw pytań nr 4 z dnia 27.09.2018r. :

Pytanie 1: dotyczy zadania 13, pkt 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez zapisu wstecznego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2: dotyczy zadania 13, pkt 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez funkcji pracy LONG i automatycznie do schowka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3: dotyczy zadania 13, pkt 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z ekranem LCD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 4: dotyczy zadania 13, pkt 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z ekranem LCD 4,3”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę zapisów SIWZ.

Pytanie 5: dotyczy zadania 13, pkt 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z wydrukiem na papierze 110mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści aparat EKG z wydrukiem na papierze minimum 110mm, jeśli spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie 6: dotyczy zadania 13, pkt 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez możliwości zapisu badań na pamięci zewnętrznej typu Pendrive?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7: dotyczy zadania 13, pkt 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez możliwości wysłania badań bezpośrednio z aparatu za pomocą funkcji e-mail?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8: dotyczy zadania 13, pkt 18

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z wzmocnieniem 5/10/20 mm/mV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga aparatu o parametrach określonych w SIWZ.

Pytanie 9: dotyczy zadania 13, pkt 19

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z prędkością zapisu 5/10/25/50 mm/ms?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie nie dotyczy pkt 19 Zał. 1Ł do SIWZ. Prędkość zapisu określona została w pkt 3.

Pytanie 10: dotyczy zadania 13, pkt 27

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG bez możliwości wydruku na drukarce zewnętrznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 11 dotyczy zadania 13, pkt 30

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z papierem typu składanka?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści.

Z-ca DYREKTORA
ds. Opieki Medycznej
lek. Marek Ratajczak