



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
imienia doktora Kazimierza Hołogi  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152  
e-mail: [sekretariat@szpital-nowytomysl.pl](mailto:sekretariat@szpital-nowytomysl.pl)  
[www.szpital-nowytomysl.pl](http://www.szpital-nowytomysl.pl)  
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr J - 1855/5/2018  
PN-EN ISO 9001:2015-10



SPZOZ\_NT/DZP/ZO/09/19

Nowy Tomyśl, dn. 11.06.2019r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
imienia doktora Kazimierza Hołogi  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
REGON 639820004 NIP 788-17-50-689  
TEL. 061 4427300, FAX. 061 4422152  
30-00361

**Uczestnicy postępowania**

### **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

**Sprawa dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie: „DZIERŻAWA APARATU DO HEMOFILTRACJI WRAZ Z DOSTAWĄ PŁYNÓW I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH”.

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest *dzierżawa aparatu do hemofiltracji wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych*, zawartych w piśmie Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Zestaw pytań nr 1 z dnia 11.06.2019r. :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji.

Odp. Zamawiający nie wydziela ww. pozycji.

#### Zestaw pytań nr 2 z dnia 11.06.2019r. :

Dotyczy: Dzierżawa aparatu do hemofiltracji wraz z dostawą płynów i materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych pakiet zbiorczy pozycja 3 termin składania ofert: 14.06.2019

1. Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwichnięciu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i długościach: 15 cm, 17 cm, 20 cm 25 cm oraz 14 Fr i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw aseptyczny kompletny do implantacji?

Odp.

Zamawiający dopuści.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu zbiorczego i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp.

Zamawiający nie wydziela ww. pozycji.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hołogi  
w Nowym Tomyślu  
Tomasz Przybylski