



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**  
imienia doktora Kazimierza Hologii  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
tel. (0-61) 44-27-300; fax. (0-61) 44-22-152  
e-mail: [dzp@szpital-nowytomysl.pl](mailto:dzp@szpital-nowytomysl.pl)  
[www.szpital-nowytomysl.pl](http://www.szpital-nowytomysl.pl)  
NIP: 788-17-50-689 Regon: 639820004



Nr J - 1855/5/2018  
PN-EN ISO 9001:2015-10



SPZOZ\_NT.DZP.241.1.20

Nowy Tomyśl, dn. 18.03.2020r.

**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**  
imienia doktora Kazimierza Hologii  
64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30  
REGON 639820004 NIP 788-17-50-689  
TEL. 061 4427300, FAX. 061 4422152  
30-00361

**Uczestnicy postępowania  
przetargowego**

## WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Nr 1

**Sprawa dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawów do zabiegów operacyjnych, odzież ochronnej oraz pieluch”.

W odpowiedzi na otrzymane zapytania, dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawartych w pismach Wykonawców, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

### Zestaw pytań nr 1 z dnia 12.03.2020r.:

#### **Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 6 poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 poz. 5 zestawu minimalnie różniącego się od opisanego w SIWZ: serweta na stolik Mayo o szerokości 79cm (zamiast 78cm), serweta brzuszno-kroczeniowa o wymiarach 215/240x350cm (zamiast (220/240x335cm)?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak dopuści.

#### **Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7 niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do operacji ginekologicznych o składzie:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>.

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
  - 2 ręczniki do rąk
  - 1 rzep 2,5 x 30 cm
  - 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
  - 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami (2-warstwowa na całej powierzchni)
  - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm), stanowiąca owinięcie zestawu
- Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 55 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej 85g/m<sup>2</sup>  
Odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 168/168 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 125/125N. Odporność na penetrację płynów 168 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1,9log<sub>10</sub>. Chłonność warstwy zewnętrznej 458%.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu

Opakowanie folia-Tyvec wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, nazwa identyfikująca dostawcę oraz kod kreskowy na dwóch etykietach. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Zestaw musi spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga produktu o parametrach określonych w SIWZ.

### Zestaw pytań nr 2 z dnia 13.03.2020r.:

#### **1. Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wykreśla zapis SIWZ dotyczący obowiązku dostarczenia próbek (nie wymaga próbek).

#### **2. Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw pielęgnacyjny dla noworodków o poniższym składzie:

Konto bankowe: Bank PKO BP S.A. O/Nowy Tomyśl  
Nr konta: 37 1020 4144 0000 6702 0007 0227

- serweta kompresowa wykonana w włókniny kompresowej (zawartość wiskozy nie mniej niż 60%, o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>, chłonność na poziomie 900%) o wymiarach 25cm x 25cm – 6 sztuk;
- podkład wysokochłonny, nieprzemakalny, z pulpy celulozowej typu Seni Soft, rozmiar 60cmx 60 cm chłonność 789ml, - 1 szt.;
- kocyk flanelowy (100% bawełna- masa powierzchniowa tkaniny 155 g/m<sup>2</sup> o wymiarach 160cm x 75 cm, -1 szt.
- czapeczka o rozmiarze 12cm x 10 cm wykonana z dzianiny (100% bawełna) – 1 szt.

Każdy zestaw powinien być zapakowany w opakowanie typu papier-folia oraz wyposażony w etykietę TAG zawierającą dane producenta, opis zawartości oraz 2 samoprzylepne etykiety TAG z indeksem, numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający wymaga produktów o parametrach zgodnych z SIWZ.

**3. Pakiet 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji żyłaków:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszcza.

**4. Pakiet 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie.

**5. Pakiet 3, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec w rozmiarze 16x200cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszcza.

**6. Pakiet 3, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 80x210cm wykonane z papieru laminowanego folią wzmocnione 48 nitkami o gramaturze 40g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający wymaga produktów o parametrach określonych w SIWZ.

**7. Pakiet 3, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający wymaga produktów o parametrach określonych w SIWZ.

**8. Pakiet 3, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści. Przy przeliczaniu ilości (szt, opakowań, itp.) na inną ilość należy wyliczyć całkowitą ilość (szt., opakowań, zestawów itp.) i podzielić przez ilość w zaoferowanym opakowaniu. Opakowanie niepełne należy zaokrąglić w górę. Zmianę proszę zaznaczyć. (dotyczy wszystkich Pakietów)

**9. Pakiet 3, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec na ramię C złożony z 3 części:

- górna osłona 100 x 160cm,
- dolna osłona 80 x 150cm,
- 2 x taśma 3cm x 100cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający wymaga produktów o parametrach określonych w SIWZ.

**10. Pakiet 3, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie:

- poszwa : 210 cm x 160 cm
- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm
- prześcieradło: 210 cm x 150 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie, Zamawiający wymaga produktów o parametrach określonych w SIWZ.

**11. Pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych:

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z organizatorami przewodów:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 1.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

**12. Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x116cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

**13. Pakiet 11, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Przy przeliczeniu ilości (szt, opakowań, itp.) na inną ilość należy wyliczyć całkowitą ilość (szt., opakowań, zestawów itp.) i podzielić przez ilość w zaoferowanym opakowaniu. Opakowanie niepełne należy **zaokrąglić w górę**. Zmianę proszę zaznaczyć.

**14. Pakiet 11, pozycja 4-5**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

**Zestaw pytań nr 3 z dnia 13.03.2020r. :**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Pakiet nr 4**

1. **Pozycje 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo wykonanej z włókniny o całkowitej gramaturze warstwy chłonnej min. 90g/m<sup>2</sup> – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

2. **Pozycje 3** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłonek na kończyny 25 x 80 cm oraz taśmę samoprzylepną 10 x 50 cm pakowane osobno jako dwa osobne komponenty zestawu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

3. **Pozycje 5** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana, który w swoim składzie posiada osłonę, rolowaną na kończyny w rozmiarze 35 x 55 cm oraz absorpcyjność włókniny serwet wynosi min. 285% - pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

4. **Pozycje 6** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet dwuwarstwowej 90 x 150, jałowej, wykonanej z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, absorpcyjność min. 285%, odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H<sub>2</sub>O, spełniającą wymogi normy EN13795 1-3?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

5. **Pozycje 7** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet dwuwarstwowej 100 x 150 z otworem 7 x 10 cm, jałowej, wykonanej z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, absorpcyjność min. 285%, odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH<sub>2</sub>O, spełniającą wymogi normy EN13795 1-3?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

6. **Pozycje 8** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej do znieczulenia przewodowego 90 x 120 cm z otworem w kształcie rombu 9 x 12 cm, jałowej, wykonanej z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, absorpcyjność min. 285%, odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH<sub>2</sub>O, spełniającą wymogi normy EN13795 1-3?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

7. **Pozycje 9 - 10-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety dwuwarstwowej, jałowej, wykonanej z laminatu włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej, o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, absorpcyjność min. 285%, odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH<sub>2</sub>O, spełniającą wymogi normy EN13795 1-3 – rozmiary zgodnie z opisem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

8. **Pozycje 13** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia o składzie:

1 x serweta włókninowa, 75 x 90 cm (barierowa)

1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa z regulowaną wielkością przyklepnego otworu, 45 x 37,5 cm (barierowa)

1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,7 x 30 mm, 22G x 1 1/4, czarna (zapakowana)

1 x strzykawka typu Luer Lock, 10 ml, z tłokiem niskooporowym (zapakowana)

1 x opatrunek Cosmopor E, 7,2 x 5 cm

5 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

9. **Pakiet nr 7**

**Pozycje 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z workiem do zbiórki płynów i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm

1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1 ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

Serweta na stolik wykonana z włókniny o całkowitej gramaturze min. 90g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwanie sucho/mokro w obszarze krytycznym min. 200kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro min. 40N, odporność na penetrację płynów min. 150cmH<sub>2</sub>O – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

10. **Pakiet nr 10**

**Pozycje 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu izolacyjnego o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm

1 serweta PE pionowa – izolacyjna z otworem (30 x 70 cm) 234 x 320 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

11. **WZÓR UMOWY**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 lit. a) i d) wzoru umowy wyrażenie „5% wartości przedmiotu umowy brutto określonego w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „5% niezrealizowanej części umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację zapisów wzoru umowy.

**Zestaw pytań nr 4 z dnia 13.03.2020r. :**

1. **Pytanie dot. SIWZ:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu złożenia próbek asortymentu w ciągu 5 dni od daty otrzymania wezwania? W związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem i zwiększonym zapotrzebowaniem towarowania się aptek i szpitali, pojawiły się problemy z dostępnością asortymentu. Staramy się na bieżąco uzupełniać dostępność towaru, jednak proces produkcji i sterylizacji wymaga określonej technologii, a zatem i określonego czasu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający odstąpi.

2. **Pakiet 1 poz. 1:**

Czy Zamawiający mając na myśli pieluchomajtki rozmiar L wymaga rekomendowanego obwodu w pasie biodrach 100 cm - 150 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

**3. Pakiet 1 poz. 1:**

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o chłonności min. 2600 g wg normy ISO 11948-1 lub równoważnej?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności min. 2600 g wg normy ISO 11948-1 lub równoważnej.

**4. Pakiet 1 poz. 1:**

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga pieluchomajtek posiadających dwa ściągacze taliowe **oraz** cztery elastyczne przylepcorzepty wielokrotnego użytku, posiadające zdolność do rozciągania się wzdłuż przylepcorzepty pod wpływem siły działającej w obrębie pasa oraz posiadające zdolność powrotu do pierwotnej długości, gdy siła przestaje działać?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

**5. Pakiet 1 poz. 2-5:**

Czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki w miejsce ściągaczy taliowych? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają zakładanie pieluszki.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuści.

**6. Pakiet 1 poz. 2-5:**

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia tego dokumentu na wezwanie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający wymaga.

**7. Pakiet 1 poz. 2-5:**

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga dostarczenia tego dokumentu na wezwanie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

**8. Pakiet 1 poz. 2-5:**

Czy Zamawiający **NIE DOPUŚCI** oświadczeń producenta dotyczących pieluchomajtek dziecięcych w miejsce świadectwa jakości PZH oraz Opinii Instytutu Matki i Dziecka, mając na uwadze dobro i zdrowie dzieci? Pieluchomajtki dziecięce powinny być certyfikowane przez jednostki zewnętrzne co da im gwarancję bezpieczeństwa.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

**9. Pakiet 1:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu spełniania wymogów normy PN EN 14683 typ II i przedstawienia dokumentów tego potwierdzających? Norma ta nie ma zastosowania dla asortymentu w pakiecie 1, tj. pieluchomajtek dla dorosłych i pieluch dla dzieci.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak.

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską - powyższy wymóg dotyczy Pakietu nr 11. W związku z powyższym stosowny zapis SIWZ powinien brzmieć :

d) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów normy EN 13795 1-3 ( dot. Pak. 4, 5, 7 ) i PN EN 14683 typ II (Pakiet 11)

**10. Pakiet 1:**

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie spełniania wymogów ISO 11948-1 kartą danych technicznych wystawioną przez producenta?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

**11. Pakiet 7:**

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

Servety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>.

1 x serweta o wymiarach 245 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyń, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 40 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm x 50 cm

1 x serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Serveta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze ok. 47 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze ok.35 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 82 g/m<sup>2</sup> (+/- 10%).

Parametry serwet głównych: odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro 75/80N. Odporność na penetrację płynów min.250 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia < 1.3log10. Chłonność min. 570%.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy. Zestaw musi spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

**Pytania dot. projektu umowy:**

12. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 5 oraz §3 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy?”

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

13. Czy Zamawiający zgadza się na naliczanie kary, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt a) oraz d) od niezrealizowanej części umowy?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie.

14. Czy Zamawiający zgadza się aby z wzoru umowy został wykreślony §8? Mediacja może być uzasadniona w przypadku skomplikowanych sporów o wysokiej wartości przedmiotu sporu. Mediacja nie jest celowa w przypadku prostych spraw rozliczeniowych, zwłaszcza spraw o niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Dlatego uzasadnione jest aby postępowanie mediacyjne nie było obowiązkowe. Należy przy tym podkreślić, że mediacja jest postępowaniem kosztownym – wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi do 2 000 zł + VAT.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W § 8 wzoru umowy nie ma zapisów dotyczących mediacji.

**Zestaw pytań nr 5 z dnia 13.03.2020r. :**

Sub: Supply Of Surgical Sets, Protective Clothing And Diapers

Tender No.: 522615-N-2020

We are interested in participating in the tender mentioned above hence want to get more information about the same.

Considering the geographical constraint of personally reviewing the document, I request you to provide us the following details before we buy the document:

- 1) List of Items, Schedule of Requirements, Scope of Work, Terms of Reference, Bill of Materials required.
- 2) Soft Copy of the Tender Document through email.
- 3) Names of countries that will be eligible to participate in this tender.
- 4) Information about the Tendering Procedure and Guidelines
- 5) Estimated Budget for this Purchase
- 6) Any Extension of Bidding Deadline?
- 7) Any Addendum or Pre Bid meeting Minutes?

We will submit our offer for the same if the goods or services required fall within our purview.

Also we would like to be informed of future tenders from your organization. Hence, we request you to add our name to your bidder's list and do inform us about upcoming Projects, Tenders.

We will be highly obliged if you can send us your complete & latest contact information. This will help us reaching to you faster.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w związku z czym Zamawiający prosi o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej postępowania w języku polskim.

**Zestaw pytań nr 6 z dnia 16.03.2020r. :**

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza.

Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

2. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja: 1): przedłożenia kart produktowych/kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa/techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948-1.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które potwierdzać będą parametry określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. **materiały informacyjne/karty techniczne** (w szczególności: katalogi, instrukcje, dokumentacje techniczne, materiały informacyjne).

3. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja: 1): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry, EDS, lub inny), który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga produktu o parametrach minimalnych określonych w SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja: 2): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszcza pod warunkiem, że spełniają pozostałe parametry określone w SIWZ.

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja: 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 3-6kg, o chłonności co najmniej 338g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie.

6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja: 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 4-9kg, o chłonności co najmniej 466g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja: 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg, o chłonności co najmniej 532g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie.

8. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja: 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg, o chłonności co najmniej 570g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja: 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg, o chłonności co najmniej 590g?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści.

10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja: 2,3,4,5): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 – pozycji 1 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu? Utworzenie oddzielnego pakietu umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu przetargowym firmom, które specjalizują się w sprzedaży pieluchomajtek dla dorosłych i przełoży się na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu.

**Zestaw pytań nr 7 z dnia 16.03.2020r.:**

1. **Pakiet 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o gramaturze 49g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści

2. **Pakiet 3, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na przewody 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca), wykonany z mocnej przezroczystej folii PE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści

**3. Pakiet 3, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na aparat RTG 117x183cm, wykonany z przezroczystej folii PE. (zabezpiecza górną połowę aparatu RTG)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

**4. Pakiet 3, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści przezroczystą osłonę foliową na ramię C 152x265cm, (zabezpiecza cały aparat RTG)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

**5. Pakiet 3, poz. 6, 8, 10**

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu ujętego w Załączniku nr 1A pozycji 6,8,10 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku oraz folii operacyjnych złożenie oferty na dostawę wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w obecnym brzmieniu.

**6. Pakiet 6, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na kamerę 14x250cm (perforowana końcówka, taśma mocująca), wykonany z mocnej przezroczystej folii PE 50 µm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści

**7. Pakiet 6, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na kamerę 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca), wykonany z mocnej przezroczystej folii PE 55 µm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści

**8. Pakiet 6, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną do izolacji pacjenta o wymiarach 330x240 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 25x86 cm. Serweta wyposażona w dwie kieszenie na materiał opatrunkowy umiejscowione po bokach otworu oraz torbę na płyny z usztywnionym brzegiem, torba posiadająca końcówkę do podłączenia ssaka oraz filtr.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

**9. Pakiet 6, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ginekologicznych w składzie:

1. serweta chirurgiczna o wymiarach 200/270x215 cm, zintegrowana z nogawicami i ekranem anestezyjologicznym, posiada otwór w okolicach kroczka o wymiarach 13x24 cm .....	200/270x215	1
2. serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116 cm, wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów, oraz możliwość przymocowania serwety do fartucha operującego, za pomocą integrowanej taśmy samoprzylepnej .....	60x116	1
3. ręczniki chłonne .....	18x25	2
4. organizator przewodów (samoprzylepny).....	9x18	1
5. osłona na stół MAYO .....	79x145	1
6. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Laminat dwuwarstwowy, włóknina + folia PE 50µm. Gramatura w części podstawowej 67g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

**10. Pakiet 6, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno – kroczy w składzie:

1. serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczy o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anestezyjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach kroczka o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie .....	250/175/270x260	1
2. serweta z taśmą samoprzylepną .....	75x75	1
3. taśma samoprzylepna typu RZEP .....	2,5x30	1
4. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
5. ręczniki chłonne .....	18x25	4
6. osłona na stół MAYO .....	79x145	1
7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Laminat trzywarstwowy w strefie krytycznej, włóknina + folia PE 50µm. Gramatura w części podstawowej 67g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.



**11. Pakiet 10**

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną do izolacji pacjenta o wymiarach 330x240 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 25x86 cm. Serweta wyposażona w dwie kieszenie na materiał opatrunkowy umiejscowione po bokach otworu oraz torbę na płyny. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

**12. Pakiet 10**

Czy Zamawiający dopuści serwetę izolacyjną w składzie:

- |  |         |   |
|--|---------|---|
| 1. serweta chirurgiczna do izolacji pacjenta o wymiarach 330x240 cm, z otworem wypełnionym folią chirurgiczną o wymiarach 30x40 cm ..... | 330x240 | 1 |
| 2. ręczniki chłonne .....  | 18x25   | 4 |
| 3. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) .....  | 150x190 | 1 |

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

**13. Pakiet 11, poz. 4, 5**

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu ujętego w Załączniku nr 1A pozycji 4, 5 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku oraz folii operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje produktu o parametrach określonych w SIWZ.

**Zestaw pytań nr 8 z dnia 16.03.2020r. :****1. Pakiet nr 9 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie zestawu do operacji biodra 1 x serwety dolnej 196x305cm z przylepnym wycięciem U 15x117cm (zamiast 15x116cm). Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie rozumie pytania, w Pakiecie nr 9 poz. 1 nie ma zestawu do operacji biodra.

**2. Pakiet nr 9 poz.2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie sterylnego zestawu do zabiegów na tarczycy 1 x serwety do operacji tarczycy 196x269x309cm o współczynniku chłonności min. 338%.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie rozumie pytania, w Pakiecie nr 9 poz. 2 nie ma zestawu do zabiegów tarczycy.

**3. Pakiet nr 9 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych serwet z wytrzymałością na mokro/sucho min. 190kPa oraz rozciągania wzdłużnego na mokro i sucho min. 80kPa. Pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie rozumie pytania, w Pakiecie nr 9 w poz. 3 nie określił ww. wymagań.

**4. Pakiet nr 9 poz.5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie zestawu do cięcia cesarskiego niezawierające kleszczyków do dezynfekcji pola operacyjnego 24cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pakiet nr 9 nie ma poz. 5

**5. Pakiet nr 9 poz.7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego podkładu porodowego o wymiarach 102x113cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pakiet nr 9 nie ma poz. 7

**6. Pakiet nr 9 poz.9**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oddychającego podkładu w rozmiarze 58x90cm ± 3cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Pakiet nr 9 nie ma poz. 9

**Zestaw pytań nr 9 z dnia 17.03.2020r. :****1. Pakiet nr 5 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie zestawu do operacji biodra 1 x serwety dolnej 196x305cm z przylepnym wycięciem U 15x117cm (zamiast 15x116cm). Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

- Zamawiający dopuści.
2. Pakiet nr 5 poz.2  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie sterylnego zestawu do zabiegów na tarczycy 1 x serwety do operacji tarczycy 196x269x309cm o współczynniku chłonności min. 338%.
- Odpowiedź Zamawiającego:**  
Zamawiający dopuści.
3. Pakiet nr 5 poz.3  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie sterylnego zestawu uniwersalnego do zabiegów chirurgicznych serwet z wytrzymałością na mokrą/sucho min. 190kPa oraz rozciągania wzdłużnego na mokrą i sucho min. 80kPa. Pozostałe zgodne z SIWZ.
- Odpowiedź Zamawiającego:**  
Zamawiający dopuści.
4. Pakiet nr 5 poz.5  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie zestawu do cięcia cesarskiego niezawierające kleszczyków do dezynfekcji pola operacyjnego 24cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.
- Odpowiedź Zamawiającego:**  
Zamawiający dopuści.
5. Pakiet nr 5 poz.7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego podkładu porodowego o wymiarach 102x113cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.
- Odpowiedź Zamawiającego:**  
Zamawiający dopuści.
6. Pakiet nr 5 poz.9  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oddychającego podkładu w rozmiarze 58x90cm ± 3cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.
- Odpowiedź Zamawiającego:**  
Zamawiający dopuści.

**Zestaw pytań nr 10 z dnia 17.03.2020r. :**

**Pytanie dot. SIWZ:**

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby oferty złożone zostały w formie papierowej. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza, aby korespondencja w postępowaniu w tym wszelkie oświadczenia, składane na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy składali elektronicznie podpisane podpisem kwalifikowanym na adres [dzp@szpital-nowytomysl.pl](mailto:dzp@szpital-nowytomysl.pl). Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w tym względzie – zmiany zamieści na stronie internetowej oraz w ogłoszeniu o zamówieniu

W związku z modyfikacjami dokonanymi odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) informuje o dokonanej modyfikacji treści następującego dokumentu składającego się na SIWZ: Formularz asortymentowo-cenowy Zał. 1A do SIWZ w zakresie **Pakietów nr 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 i 11** – zgodnie z odpowiedziami udzielonymi Wykonawcom. Wykonawcy w pozycjach, dla których Zamawiający dopuścił zaoferowanie produktu o parametrach odbiegających od pierwotnego opisu przedmiotu zamówienia winni samodzielnie w opisie danej pozycji uwzględnić zmiany i opisać faktycznie oferowane parametry produktu, dopuszczone przez Zamawiającego na etapie zadawania pytań (zmiany zaleca się opisać, np. zgodnie z wyjaśnieniami lub w inny sposób zaznaczyć).

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
imienia doktora Kazimierza Hoługi  
w Nowym Tomyślu  
**Tomasz Przybylski**