



SPZOZ_DZP.ZO.242.05.23

Nowy Tomyśl, 25.07.2023r.

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1

Sprawa dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Dostawa myjni ultradźwiękowej dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Zestaw pytań nr 1 z dn. 25.07.2023

W związku z tym, że w poniższych zapisach znajdują się wymagania mówiące o transporcie i instalacji proszę o zmianę treści lub potwierdzenie drogi transportowej i przygotowania przyłączy w miejscu posadowienia.

1. „Oferowana przez nas cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszt sprzętu, transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia (do dnia bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego sprzętu), montażu, niezbędnych prac instalacyjnych, szkolenia, opłaty podatkowe i celne, itp.)”

Poniżej załączam rysunek pokazujący jakie media musi przygotować Zamawiający w miejscu posadowienia.

Jeśli chodzi o transport wewnątrz budynku to konieczne jest zapewnienie drogi transportowej dla wózka paletowego (bez stopni), a jeśli należy skorzystać z windy proszę o potwierdzenie, że głębokość windy jest większa niż 150 - 160 cm (czyli długość myjni)

Proponuje aby w pkt 1 znalazły się zapis mówiący, że Zamawiający zapewnia drogę transportową na terenie szpitala oraz przygotuje niezbędne przyłącza zgodnie z rysunkiem posadowienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż myjnia ma być zamontowana w miejscu dotychczas użytkowanej myjni ultradźwiękowej UMD 642. Zamawiający przygotowuje podejścia mediów zgodnie z wymaganiami zawartymi na rysunku technicznym myjki dostarczonymi przed montażem. Zamawiający posiada również wózek paletowy do transportu wewnątrz szpitala od wejścia do miejsca posadowienia (do pokonania pozostają dwa schodki w dół) co nie powinno sprawić większego kłopotu z transportem i montażem (pracownicy sekcji technicznej mogą pomóc w transporcie myjni).

Dyrektor SPZOZ
w Nowym Tomyślu
/-/ Tomasz Przybylski